IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **693** DEL **01/08/2019**

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER L'APPARECCHIATURA RISONANZA MAGNETICA MR 750W GEM 3.0T INSTALLATA PRESSO LA UOC DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IRE DEGLI IFO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA CON PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019.
CIG: 7947077766.

Esercizi/o 2019 - conto 503030101 Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € 95.617,50** **- Importo esercizio corrente: € 95.617,50** Budget **- Assegnato: € 4.800.000,00** **- Utilizzato: € 4.280.225,69** **- Residuo: € 424.156,81** **Autorizzazione n°: 2019/72143.1640** Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Servizio Tecnico** Il Dirigente Responsabile **Francesco Proietto** Responsabile del Procedimento **Francesco Proietto** L'Estensore **Andrea Bazzoffi** Proposta n° DL-620-2019
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 01/08/2019 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 31/07/2019 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**

Parere del Direttore Scientifico IRE **Gennaro Ciliberto** data 24/07/2019 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG **Segreteria Direzione Scientifica ISG** data 24/07/2019 Assente

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- allegato

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;

Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ssmmii;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per le parti ancora vigenti;

Rilevato che, a seguito di apposita procedura di gara, con provv. Delib. n. 35 del 28 gennaio 2011 è stata affidata alla Soc. GE Medical Systems Italia Spa la fornitura in opera di una Risonanza Magnetica 3.0T installata presso la UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO;

Considerato che dalla data di installazione ad oggi la manutenzione è stata effettuata dalla Società GE Medical Systems Italia Spa in regime di privativa industriale;

Considerato che allo scopo di uniformare i contratti di manutenzione dell'apparecchiatura di che trattasi, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione tecnico ed economica dell'apparecchiatura in oggetto ed anche quella delle seguenti apparecchiature tutte prodotte e manutenute dalla stessa GE Medical System:

n.1 TAC Optima GT660J-128 slices

n. 1 RM Signa HDXT 1,5T,

n.1 TAC lightspeed pro, n.1 angiografo digitale Innova 4100

n.1 mammografo digitale Seno Essential,

sono state allineate le date di scadenza dei servizi di manutenzione al 30 giugno 2019;

che, pertanto, in osservanza del regolamento aziendale per l'affidamento in esclusiva dei servizi, in data 10 aprile 2019 è stato pubblicato su Guce, quotidiani e sito web aziendale un avviso per l'affidamento del servizio di manutenzione unificato così come descritto, al quale cui hanno risposto due distinti operatori economici, facendo decadere il presupposto del regime di esclusività e rendendo quindi necessario l'espletamento una procedura di gara per la scelta del contraente;

Considerato che questo Servizio Tecnico ha verificato che non esiste alcuna convenzione Consip o gara regionale attiva per questo tipo di servizio manutentivo;

Considerato che, pertanto, questa UOC sta espletando una apposita gara a procedura aperta, autorizzata con la Deliberazione n.632 del 12/07/2019m per tutte le apparecchiature di che trattasi il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2019;

Considerato che nelle more della imminente indizione della gara sopra descritta è necessario comunque garantire la continuità del servizio di manutenzione delle apparecchiature;

Considerato che la scrivente UOC attraverso comunicazione prot.7837 del 6 giugno 2019 (allegata alla presente determinazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 1) ha richiesto alla Società GE Medical Systems Italia spa continuando a garantire la manutenzione sulla stessa apparecchiatura, di formalizzare un'offerta per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 o minor periodo, nelle more dell'aggiudicazione della gara in indizione;

Atteso che si tratta di spesa obbligatoria ed urgente per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, in particolare della UOC radiologia e diagnostica per immagini IRE, al fine di non interrompere l'attività clinico-assistenziale;

Considerato che la società GE Medical Systems Italia spa in data 11 giugno 2019, prot. n.19/767/ITO/bf, (allegata alla presente determinazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale all. n. 2), ha comunicato la disponibilità a differire i termini contrattuali dal 01 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019, o minor periodo, dei sistemi di cui in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 smi, alla GE Medical Systems Italia spa ella proroga tecncia del servizio di manutenzione per l'apparecchiatura Risonanza Magnetica MR750W GEM 3.0T occorrente alla UOC radiologia e diagnostica per immagini IRE per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 al costo massimo di € 78.375,00 (+ iva = €.95.617,5);

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di affidare la proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D. lgs. N. 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara autorizzata con Deliberazione n.632 del 12/07/2019, alla Società GE Medical Systems Italia spa la manutenzione ed assistenza tecnica per l'apparecchiatura Risonanza Magnetica MR750W GEM 3.0T occorrente alla UOC radiologia e diagnostica per

immagini IRE, per l'importo massimo di €.78.375,00 (+ iva = € 95.617,5)**,** nelle more dell'espletamento di specifica gara;

- di registrare la spesa di € 95.617,50 IVA inclusa, sul conto 5.03.03.01.01 esercizio 2019;
- di nominare Direttore per l'esecuzione del contratto l'Ing. Giuseppe Navanteri.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "*SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER L'APPARECCHIATURA RISONANZA MAGNETICA MR 750W GEM 3.0T INSTALLATA PRESSO LA UOC DI RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IRE DEGLI IFO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA CON PROROGA TECNICA EX ART.106 COMMA 11 DLGS 50/2016 - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019.*
CIG: 7947077766.

" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ifo_058.IFO_AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0007837.06-06-2019

All. 1

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

U.O.C. Servizio Tecnico

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
Via Galeno, 36
20126 – Milano

c.a. ~~Nicole.Giampietruzzi@ge.com~~
VISCA.STEFANO@GE.COM

OGGETTO: Affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature "TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES" - RISONANZA MAGNETICA MR 750W GEM 3.0T" – "N.1 RM SIGNA HDXT 1,5T, N.1 TAC LIGHTSPEED PRO, N.1 ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100 e N.1 MAMMOGRAFO DIGITALE SENO ESSENTIAL. IFO - Polo Oncologico e Dermatologico - Via E. Chianesi 53 - Roma

In relazione alla scadenza dei contratti di manutenzione ed assistenza tecnica sulle apparecchiature in oggetto che avverrà il 30 giugno, e nelle more della definizione degli atti amministrativi di affidamento della nuova manutenzione, si richiede a codesta Società di continuare a garantire il servizio attraverso gli appuntamenti e le verifiche già concordati ed inoltre di formulare la migliore offerta per il periodo 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2019, tempo necessario per l'espletamento della gara.

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
(Ing. Francesco Proietto)

Sel ?.

GE Healthcare

Via Galeno 36
20126 Milano
Italia

T +39 02 26001111
F +39 02 26001199

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma

Milano, 11 Giugno 2019

Ns. Prot. 19/767/ITO/bf

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES – RISONANZA MAGNETICA MR 750 W GEM 3.0T- N.1 RM SIGNA HDXT 1.5 T – N.1 TAC LIGHTSPEED PRO – N.1 ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100 e N.1 MAMMOGRAFO DIGITALE SENO ESSENTIAL.

Gentile Cliente,
facendo seguito alla Vostra comunicazione prot. 0007837 dello 06.06.2019, si comunica la disponibilità a differire i termini contrattuali dall'1.07.2019 fino al 31.12.2019 dei sistemi di cui in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza.

Si precisa che, relativamente al sistema n. B5129904, LIGHTSPEED PRO100 HINO installato presso il reparto di Radioterapia, essendo in EOL (End of Life) ci saranno difficoltà a reperire le parti di ricambio, in particolare per la consolle di acquisizione. Questo comporterà tempi di riparazione più lunghi rispetto a quanto stabilito dai termini contrattuali.

Tale rinnovo è da intendersi valido nelle more dell'espletamento della gara regionale e, in caso di aggiudicazione della stessa, il contratto si intenderà immediatamente risolto.

Nel ringraziare è gradita l'occasione per salutare cordialmente

GE Medical Systems Italia S.p.A.

_____
Antonio Spera – Legale Rappresentante
Firmato digitalmente