

**UOC Servizio Tecnico**

**Il dirigente della UOC Servizio Tecnico  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 430 del 30/04/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULL'APPARECCHIATURA "SVC-SENO ESS+CESM", IN DOTAZIONE ALLA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO, AFFIDATI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA .  
CIG: Z042C324F2.**

Esercizi/o 2020 - conto 503030101    Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 4.302,23**

- **Importo esercizio corrente: € 4.302,23**

Budget

- **Assegnato: € 4.900.000,00**

- **Utilizzato: € 3.499.075,18**

- **Residuo: € 1.396.622,59**

**Autorizzazione n°: 2020/94003.1118**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Servizio Tecnico    Proposta n° DT-224-2020

**L'estensore**

**Andrea Bazzoffi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Giuseppe Navanteri**

**Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico**

**Francesco Proietto**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato
- allegato

***Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico***

- VISTO** le delibere n. 153 del 19 febbraio 2019 e n. 489 del 3 giugno 2019 di Adozione dell'Atto Aziendale degli I.F.O.;
- la delibera n.511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- PREMESSO** che con Delib. n. 343 del 9 maggio 2018 è stato affidato, alla Tecnologie Sanitarie S.r.l. il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche (di bassa e media tecnologia) degli IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia e le apparecchiature in garanzia;
- CONSIDERATO** che è stato riscontrato il malfunzionamento dell'apparecchiatura SVC-SENO ESSENTIAL+CESM, ed in particolare dell'Essential Detector cover set;
- CONSIDERATO** che la UOC scrivente ha fatto richiesta di preventivo per interventi correttivi sulle apparecchiature di cui sopra;
- RITENUTO** che, pertanto, in data 20 marzo 2020 la stessa Società, in seguito a trattative effettuate con la UOC Patrimonio Tecnico, ha inviato l'offerta n. C1296841/02 per un importo complessivo pari ad € 3.526,42 + iva, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

- CONSIDERATO** che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- VALUTATO** che l'importo dei ricambi pari ad € 3.526,42 iva esclusa, come da preventivo di cui sopra, risulta essere in linea con gli importi di precedenti interventi, pertanto ritenuto congruo;
- CONSIDERATO** che gli interventi non rientrano nel contratto di manutenzione poiché trattasi di manutenzione correttiva extra canone contrattuale;
- RITENUTO** di dover procedere con la massima urgenza al fine di non interrompere l'attività della radiologia e diagnostica per immagini degli IFO evitando di incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, la proponente Unità ha autorizzato l'intervento di manutenzione correttiva extra-canone attraverso un ordine di intervento inviato in data 27 febbraio 2020 prot. n.2989, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.2);
- ATTESTATO** che la Società GE Medical Systems Italia spa ha eseguito gli interventi di manutenzione correttiva in oggetto ripristinando il corretto funzionamento degli stessi, allegati in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 3);
- CONSIDERATO** che la complessiva spesa di € 3.526,42 + iva cioè pari ad € 4.302,23 iva compresa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2020;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché

alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO

altresi che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

#### DETERMINA

**Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

**A)** approvare i lavori di manutenzione correttiva extra canone, sull'apparecchiatura SVC-SENO ESS+CESM ed in particolare dell'X-RAY DETECTOR COOLANT, in dotazione alla radiologia e diagnostica per immagini degli IFO affidati alla Società GE Medical Systems Italia spa per importo complessivo pari ad € 3.526,42 + iva 22% = € **4.302,23**;

**B)** addebitare l'importo di € 4.302,23 iva 22% compresa, sul conto 5.03.03.01.01 di bilancio 2020, sul centro di costo 2.11.100;

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

**Francesco Proietto**





# GE Healthcare

## RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.  
Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Telefono (centr.) 02 - 26001-111

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato  
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.  
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

|   |   |
|---|---|
| Preventivo nr.: <b>C1296841/ 01</b><br>Data: 10/02/2020   | Spett.le:<br><b>ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI</b>  |
| Vs. richiesta:<br>Data:   | VIA ELIO CHIANESI, 53<br>00144 ROMA   |
| Apparecchiatura: <b>SVC- SENO ESS+CESM</b><br>Numero Sistema: <b>B5129907</b><br>Installata presso: I.F.O.-POLO ONC. E DERMO<br>Indirizzo: VIA ELIO CHIANESI, 53 .,<br>00161 ROMA | Codice Cliente: <b>53589E</b><br><br>Alla cortese attenzione di:<br><b>FRANCESCA.FODDE@IFO.GOV.IT</b> |

Gentile Cliente,

a seguito dell'intervento effettuato dal ns tecnico in data 29/01/2020, come da verbale 626841C866 allegato, vi inviamo il preventivo di spesa per la sostituzione delle parti necessarie alla risoluzione del guasto riscontrato.

| Linea                                | Descrizione                | Q.tá | Prezzo Unitario | Importo Totale |
|--------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----------------|
| 1                                    | Diritto Chiamata           | 1.00 | 105.00          | 105.00         |
| 2                                    | Ore Viaggio                | 1.00 | 225.00          | 225.00         |
| 3                                    | Ore Lavoro                 | 4.00 | 225.00          | 900.00         |
| 4                                    | X-RAY DETECTOR COOLANT     | 1.00 | 218.38          | 218.38         |
| 5                                    | Sirius System Coolant Hose | 2.00 | 1,035.71        | 2,071.42       |
| <b>Imponibile EURO (Iva Esclusa)</b> |                            |      |                 | 3,519.80       |
| <b>IVA</b>                           |                            |      |                 | 22%            |
| <b>Totale Euro (Iva Inclusa)</b>     |                            |      |                 | 4,294.16       |

### Condizioni di Fornitura

Consegna: La più sollecita dopo Vostro ordine.  
Montaggio: **incluso.**  
Pagamento: 120 giorni data fattura fine mese  
Garanzia: **3 mesi**  
Validità offerta: 30 giorni.

Il prezzo indicato prevede il ritiro delle parti guaste.

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona  
**IsabellaCarlucci@ge.com - 02 26001695** mail: **ods.italy@ge.com**  
**Stefano Visca - 348 0744095**

Per accettazione inviare Vs. ordine al fax: **AREA SUD - 800917294**

Cordiali Saluti,  
GE Healthcare



GE imagination at work



### PER ACCETTAZIONE

#### Numero Ordine:

CIG:


Data:

Nome Cognome:

Timbro e Firma:

In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di regolarizzare la posizione amministrativa

Att 1



# GE Healthcare

### RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.  
Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Telefono (centr.) 02 - 26001-111

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato  
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.  
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

|   |  |
|---|--|
| <b>Consuntivo nr.:</b> C1296841/ 02<br><b>Data:</b> 20/03/2020  | <b>Spett.le:</b><br><b>ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI</b><br>VIA ELIO CHIANESI, 53<br>00144 ROMA<br>Codice Cliente: 53589E |
| <b>Vs. richiesta:</b><br><b>Data:</b>   |  |
| <b>Apparecchiatura:</b> SVC- SENO ESS+CESM<br><b>Numero Sistema:</b> B5129907<br><b>Installata presso:</b> I.F.O.-POLO ONC. E DERMO<br><b>Indirizzo:</b> VIA ELIO CHIANESI, 53 .,<br>00161 ROMA |  |

Gentile cliente,  
con la presente trasmettiamo consuntivo di spesa per la riparazione relativa al sistema sopraindicato a seguito nostro rapporto tecnico 626841C894 del 17/03/20.

| Linea                                | Descrizione                | Q.tá | Prezzo Unitario | Prezzo a Voi Riservato |
|--------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|------------------------|
| 1                                    | Diritto Chiamata           | 1.00 | 105.00          | 105.00                 |
| 2                                    | Ore Viaggio                | 2.00 | 225.00          | 450.00                 |
| 3                                    | Ore Lavoro                 | 4.00 | 225.00          | 900.00                 |
| 5                                    | Sirius System Coolant Hose | 2.00 | 1,035.71        | 2,071.42               |
| <b>Imponibile EURO (Iva Esclusa)</b> |                            |      |                 | 3,526.42               |
| <b>IVA</b>                           |                            |      |                 | 22%                    |
| <b>Totale Euro (Iva Inclusa)</b>     |                            |      |                 | 4,302.23               |

### Condizioni di Fornitura

**Pagamento:** 120 giorni data fattura.  
**Garanzia:** 3 mesi  
**Validità offerta:** 30 giorni; Scaduta la validità del consuntivo, saranno fatturate le competenze dovute.  
In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona  
IsabellaCarlucci@ge.com - 02 26001695  
mail: ods.italy@ge.com

Per accettazione inviare il presente consuntivo timbrato e firmato oppure Vs. ordine al fax: AREA SUD - 800917294

Cordiali Saluti,  
GE Medical Systems Italia S.p.A



GE imagination at work



|   |
|---|
| <b>TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE CON DATI FISCALI</b>   |
| <b>Numero Ordine:</b>   |
| CIG:  |
| Data:   |
| Nome Cognome:   |
| In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di regolarizzare la posizione amministrativa |

All 2



*U.O.C. Patrimonio Tecnico*

**GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA.**  
Via Galeno, 36  
20126 - MILANO

c.a. stefano.visca@ge.com

**OGGETTO:** Preventivo per affidamento del servizio di manutenzione correttiva extracanonone per l'apparecchiatura SVC - Seno essential. IFO - Polo Oncologico e Dermatologico - Via E. Chianesi 53 - Roma.

In relazione all'offerta n. C1296841/01 inviataci in data 10 febbraio 2020 di € 3.519,80 + iva, riguardante L'X-Ray detector coolant del sistema SVC - Seno Ess+Cesm, è stato autorizzato dalla scrivente UOC, l'intervento di manutenzione straordinaria.

Si richiede che lo stesso sia immediato e sollecito nelle more dell'adozione dell'atto contabile.

Per l'emissione della relativa fattura, si invita ad attendere la comunicazione da parte dello scrivente Servizio del numero Cig e numero della Determina autorizzativa, necessari ed imprescindibili per la contabilizzazione dell'Ente

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
(Ing. Francesco Proietto)



all 3



Rapporto tecnico

| Rapporto tecnico |             |                    |                     |
|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Job N            | Tipo di RFS | Rapporto Tecnico N | Data :              |
| C1129841         | C           | 626841C866         | (DD/MM/YY) 29/01/20 |

|                          |   |                      |                 |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Cliente :                | I.F.O.-POLO ONC. E DERMO  |                      |                 |
| Codice Sistema           | : B5129907  | Nome Sistema :       | SENO ESSENTIAL  |
| Cliente (optional)       | :   | Ordine N. (optional) | :               |
| Tecnico                  | : Roberto BUFALINI  | Lavoro completo      | : Si            |
| Contatore RX             | :   | Reso alle ore        | : 11:00 (HH:MM) |
| FMI N.                   | :   | Modello N.           | :               |
| Serie N.                 | :   | Codice Complet.      | :               |
| Descrizione problema     | : Richiesta sostituzione pulsanti di sblocco del potter.  |                      |                 |
| Azione effettuata        | : Sostituiti i cover con relativi pulsanti di sblocco del potter. Prove funzionali positive. Si segnala che e' stata riscontrata una perdita di liquido refrigerante lato detettore per la quale sarebbe necessario sostituire le relative tubazioni. |                      |                 |
| Verifica / Test eseguiti | : Movimenti verificati in tutte le direzioni. Test movimento superato.  |                      |                 |
| Risultato del test       | : L'apparecchiatura ha passato tutti i test richiesti ed e' pronta per l'utilizzo   |                      |                 |

| Ore Lavoro          |                          |               |              |
|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| Sottosistema        | Funzione Tecnica         | Dalle (HH:MM) | Alle (HH:MM) |
| STAN SENO ESSENTIAL | PZ Replace - Reseat Part | 09:00         | 11:00        |

| Parti di ricambio sostituite |                              |      |                     |
|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|
| Codice Parte                 | Descrizione                  | Q.ta | Sottosistema        |
| 5316822                      | ESSENTIAL DETECTOR COVER SET | 1    | STAN SENO ESSENTIAL |

| Ore Totale          |                  |                   |                      |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Ore Straord. Lavoro | Ore Norm. Lavoro | Ore Norm. Viaggio | Ore Straord. Viaggio |
| 00:00               | 02:00            | 02:00             | 00:00                |

Roberto Bufalini

Firma del Tecnico

Franco Rea

Firma del Cliente



# Rapporto tecnico

GE Healthcare

Page : 1

| Rapporto tecnico |             |                    |                     |
|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Job N            | Tipo di RFS | Rapporto Tecnico N | Data :              |
| C1296841         | C           | 626841C894         | (DD/MM/YY) 17/03/20 |

|                          |   |                      |                 |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Cliente :                | I.F.O.-POLO ONC. E DERMO  |                      |                 |
| Codice Sistema           | : B5129907  | Nome Sistema :       | SENO ESSENTIAL  |
| Cliente (optional)       | :   | Ordine N. (optional) | :               |
| Tecnico                  | : Roberto BUFALINI  | Lavoro completo      | : Si            |
| Contatore RX             | :   | Reso alle ore        | : 14:00 (HH:MM) |
| FMI N.                   | :   | Modello N.           | :               |
| Serie N.                 | :   | Codice Complet.      | :               |
| Descrizione problema     | : Lieve perdita dai tubi del liquido di raffreddamento.                           |                      |                 |
| Azione effettuata        | : Sostituzione dei tubi del liquido di raffreddamento. Prove funzionali positive. |                      |                 |
| Verifica / Test eseguiti | : Esposizione verificata. Immagine acquisita correttamente.                       |                      |                 |
| Risultato del test       | : L'apparecchiatura ha passato tutti i test richiesti ed e' pronta per l'utilizzo |                      |                 |

| Ore Lavoro          |                          |               |              |
|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| Sottosistema        | Funzione Tecnica         | Dalle (HH:MM) | Alle (HH:MM) |
| STAN SENO ESSENTIAL | W1 Wait - Customer Delay | 10:00         | 14:00        |

| Parti di ricambio sostituite |                                |      |                     |
|------------------------------|--------------------------------|------|---------------------|
| Codice Parte                 | Descrizione                    | Q.ta | Sottosistema        |
| 5506207                      | Sirius System Coolant Hose-FRU | 1    | STAN SENO ESSENTIAL |
| 5506207                      | Sirius System Coolant Hose-FRU | 1    | STAN SENO ESSENTIAL |

| Ore Totale          |                  |                   |                      |
|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Ore Straord. Lavoro | Ore Norm. Lavoro | Ore Norm. Viaggio | Ore Straord. Viaggio |
| 00:00               | 04:00            | 02:00             | 00:00                |

Roberto Bufalini

Firma del Tecnico

Franco Rea

Firma del Cliente