

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 1000 del 23/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.I., ALLE SOCIETA' ADVANCED STERILAZTION PRODUCTS ITALIA SRL E DUEFFE 2000 SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER ALTA DISINFESTAZIONE DEGLI SPIROMETRI OCCORRENTE ALLA UOSD FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA DEGLI ISTITUTI.
CIG: ZCA2F50021 SOCIETA' ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS - CIG. Z2B2F5006A SOCIETA' DUEFFE 2000

Esercizi/o 2020 - conto 501010311 (abs) Centri/o di costo 3030300

- **Importo presente Atto: € 722,05**

- **Importo esercizio corrente: € 722,05**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2020/93642.2010

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-1022-2020

L'estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 6 novembre 2020, la Direzione Sanitaria di Presidio IRE-ISG, ha trasmesso la richiesta da parte della Responsabile della UOSD di Fisiopatologia Respiratoria di acquisto urgente di prodotti per alta disinfezione degli spirometri (CIDEX OPA e REVITAL – OX RESERT STERIS), nel quantitativo di lt. 10 per ciascun prodotto;

Considerato che al fine di procedere all'affidamento della fornitura urgente dei materiali richiesti, il 16 novembre 2020, le Società Dueffe 2000 ed Advanced Sterilization Products, distributrici in esclusiva dei suindicati prodotti, sono state invitate a presentare la relativa offerta economica, entro 5gg dalla data di ricezione dell'invito di che trattasi;

Considerato altresì che il 16 e 18 novembre 2020, le suddette Società hanno dato riscontro presentando le relative offerte che si allegano e che diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto per le motivazioni su esposte, di dover procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, alle Società Advanced Sterilization Products Srl e Dueffe 2000 la fornitura di prodotti per l'alta disinfezione degli spirometri occorrente alla UOSD di Fisiopatologia Cutanea, per un importo complessivo di € 591,85, iva al 22% esclusa come di seguito dettagliato:

SOCIETA' ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Cidex Opa – n. 1 cf. da 4 fl. da 3,78 lt € 133,25 iva esclusa

SOCIETA' DUEFFE 2000

Revital –ox Resert - n. cf da 4 fl. da 4 lt € 174,28 iva esclusa
Strisce per il monitoraggio chimico su soluzione
Revital Ox Resert n. 1 cf da 60 strisce € 284,32 iva esclusa

che la suddetta spesa complessiva di € 722,05 iva compresa, potrà gravare sul competente conto economico 501010311 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell'11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii alle Advanced Sterilization Products Srl e Dueffe 2000 Srl la fornitura urgente di prodotti ad alta disinfezione degli spirometri occorrente alla UOSD di Fisiopatologia Respiratoria degli Istituti, per una spesa complessiva di € 722,05, iva al 22% inclusa;
- far gravare la spesa complessiva di € 722,05 iva inclusa, sul competente conto economico 501010311 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio;
- nominare Responsabile del Procedimento il Dr Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS;
- nominare Direttore per l'esecuzione del contratto la Dott.ssa Maria Papale Responsabile UOSD Fisiopatologia Respiratoria

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Spettabile
 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI, 53
 00144 Roma

Pomezia, 16/11/2020

Prot.n. IT20Q01277 (Indicare tale riferimento negli ordini e nelle comunicazioni)

OGGETTO: CONDIZIONI DI FORNITURA Advanced Sterilization Products Italia S.r.l. linea ASP

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** con sede legale in Milano, Via Monte Napoleone, nr. 8 - CAP 20121, - C.F. e P.I. n. 10491670963, REA 2535359 nella persona del nella persona del Presidente del consiglio di amministrazione il Dott. **Paolo Collina**, nato a Bologna il 07/07/1969, residente in Via Giacomo Trevis 44, Roma (RM) 00147, C.F.: **CLLPLA69L07A9440**, propone le proprie migliori quotazioni di vendita per il prodotto di seguito elencato:

Codice Prodotto	Descrizione Commerciale Prodotto	Prezzo offerto Unit.(€)	Q.tà per confezione	Prezzo offerto per conf.(€)	Sconto su listino	IVA%	CND	Nr. Repertorio
20391	CIDEX OPA - 4 FLACONI DA 3,78 LITRI	33,31 (1 flacone= 3,78 litri)	15,12 litri (4 flaconi da 3,78 litri)	133,25 (4 flaconi da 3,78 litri)	25%	22%	D010103	1323951

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO POSSIBILE DISALLINEAMENTI NELLA FASE DI INSERIMENTO ED EVASIONE ORDINE, VI PREGHIAMO DI VOLER EMETTERE GLI ORDINI PER QUANTITATIVI ESPRESSI IN CONFEZIONI.

CONDIZIONI GENERALI

Validità offerta: 31.12.2021

Imballo e trasporto: a nostro carico

Consegna: franco destinatario

Quantità minima fatturabile: confezione di vendita

Tempi di consegna dell'Apparecchiatura: min 7 max 15 giorni lavorativi giorni dalla data di ricezione dell'ordine fatta salva la disponibilità della merce

Tempi di consegna materiale di consumo: min 7 max 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine fatta salva la disponibilità della merce

Termini di pagamento: 60 gg. data Ft.

Per maggiori informazioni sulle condizioni generali si prega di consultare il link:

https://www.asp.com/sites/default/files/2020/TS/Terms_of_Sale_IT.pdf

La **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** dichiara inoltre quanto segue:

- **Codice Attività:** 46.46.30

- **Conto corrente dedicato:**

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (IN FORMA CONTRATTA BNL S.P.A.)

VIA SANTA MARGHERITA, 12/14

MILANO 20121

CIN: P

ABI: 01005

CAB: 01600

C/C: 000000014 487

SWIFT: BNLIITRR

IBAN: IT 74P 01005 01600 000000014487

BBAN: P 0100501600000000014 487

DIPENDENZA: 4300

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:

REFERENTE PRATICA Stefania Ciani -TEL. +39 055/3094277- EMAIL stefania.ciani@asp.com

UFFICIO GARE per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare TEL **+39 055/3094277**- Fax **+39**

06/60513805 – EMAIL Italy.Tenders@asp.com – PEC: asp.italia@legalmail.it

SERVIZIO CLIENTI per inoltrare ed evasione ordini Tel. **800168004**- Fax **+39 0697628646** – EMAIL italy@asp.com. Vi preghiamo di specificare sempre negli ordini il numero di Protocollo indicato in testa all'offerta.

Cordiali saluti.

Advanced Sterilization Products Italia S.r.l

Presidente del consiglio di amministrazione

Paolo Collina *

(nato a Bologna il 07/07/1969)

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Tutte le informazioni fornite da **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** Tali informazioni confidenziali potranno essere da Voi utilizzate allo scopo di valutare l'offerta di **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.** e nell'ambito dell'eventuale utilizzo dei prodotti commercializzati dalla scrivente. Non potranno essere rivelate a terzi né divulgate senza il preventivo consenso di **Advanced Sterilization Products Italia S.r.l.**



Dueffe 2000 S.r.l.

Via Borghetto Madonna del Pozzo, 7 - 00136 ROMA
 Tel. 06 39726428 - 06 39730183 - Fax 06 39751799
 C.F. / R.I. / P.I. 05704371003 - REA N° 916502
 Cap. Sociale € 90.000,00 - E-mail: info@dueffe2000.it

Destinazione:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI 53
 00144 ROMA (RM) (ITA)

Intestatario:

0000185
 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 VIA ELIO CHIANESI 53
 00144 ROMA (RM) (ITA)

Preventivo	Data 18-11-20	Numero 985/PR	Pag. 1
-------------------	------------------	------------------	-----------

Codice Cliente 0000185	Partita IVA o Codice Fiscale IT 01033011006	Valuta €	Sconti	Pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG.	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Codice IVA
---------------------------	--	-------------	--------	-------------------------------------	------	----------	--------	--------	---------	------------

Codice della merce o servizio

Descrizione della merce o servizio

VS. RICH. DEL 16.11.2020										
STE4445AWEC				PZ		1	174,28		174,28	22 IVA 22%
STEPCC053				PZ		1	284,32		284,32	22 IVA 22%

DISINFETTANTE DI ALTO LIVELLO REVITAL-OX RESERT.
 CONFEZIONE DA N. 4 BOTTIGLIE DA N. 4 LT. CIASCUNA.
 STRISCE PER IL MONITORAGGIO CHIMICO SU SOLUZIONE
 REVITAL-OX RESERT R60 (CONFEZIONE: 1 SCATOLA DA N. 60
 STRISCE)
 CND: RDM: N/A NONJ E' UN DM
 30 GG
 7 GG

		Firma per accettazione	
Timbro e Firma		Firma per accettazione	
Totale	458,60	Sconti/Maggiorazioni	
Spese di Imballo		Spese di Trasporto	
Spese di Incasso	100,89	I.V.A.	100,89
Totale Documento €		559,49	

DESCRIZIONE GENERALE

Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è un germicida chimico liquido pronto all'uso. Il prodotto è una soluzione nominale di perossido d'idrogeno al 2%. La concentrazione minima raccomandata (CMR) è dell'1,5%. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è previsto per l'uso da parte di operatori sanitari in ambienti clinici come disinfettante chimico liquido pronto all'uso per la disinfezione ad alto livello di dispositivi medici semicritici per i quali non sono idonei o non sono disponibili sistemi di sterilizzazione.

Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è un disinfettante ad alto livello quando viene impiegato o riutilizzato non diluito per un massimo di 21 giorni a una temperatura minima di 20 °C (68 °F) per una durata minima d'immersione di otto minuti. Quando viene utilizzato conformemente alle Istruzioni per l'uso, il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è destinato alla disinfezione di dispositivi medici sensibili al calore per i quali la sterilizzazione a caldo non è adatta. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è compatibile con sistemi (bacinella e vassoio) fabbricati in polipropilene, acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), polietilene, materie plastiche in policarbonato e acciaio inossidabile 316. L'impiego del disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert nelle apparecchiature di disinfezione automatica di dispositivi endoscopici (DAE) deve rientrare nel quadro di una procedura di disinfezione validata. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert può non essere idoneo per tutti gli strumenti.

VEDERE LA NOTA INFORMATIVA PER GLI UTENTI E L'INSERTO.

Per dispositivi e strumenti medici, accertarsi se il dispositivo riutilizzabile da ritrattare è di tipo critico o semicritico. I dispositivi critici sono quelli che vengono introdotti direttamente nel corpo umano, nel flusso ematico o a contatto del flusso ematico o in zone normalmente sterili del corpo. Per i dispositivi critici è necessaria la sterilizzazione in questi casi. **NON** utilizzare il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert come trattamento finale prima dell'impiego. I dispositivi semicritici sono dispositivi e strumenti medici che vengono a contatto con la cute intatta o con membrane mucose (che non sono di norma considerate sterili) come apparecchiature per la respirazione, specchi chirurgici o endoscopi flessibili. Per i dispositivi semicritici è necessaria una disinfezione ad alto livello.

CARATTERISTICHE

Disinfettante ad alto livello ad azione rapida

Tempo di contatto minimo di otto minuti a ≥ 20 °C (68 °F)

Chimica ossidativa (perossido di idrogeno)

Perossido di idrogeno ridotto (2%) rispetto ad altre sostanze chimiche a base di perossido di idrogeno (7,5%)

Nessuna attivazione necessaria

Facilmente sciacquato dagli strumenti

Nessun composto organico volatile (VOC)

Non genera schiuma

Nessuna neutralizzazione costosa in termini di tempo e denaro

Riutilizzo di 21 giorni sotto carico organico sollecitato

BENEFICI

Uccisione ad ampio spettro, comprese capacità tuberculicide, fungicide, battericide e virucide

Rapida attività microbiocida

Alternativa sicura agli aldeidi (ad esempio, glutaraldeide e ortoftaldeide [OPA])

Compatibilità migliorata con endoscopi flessibili

Riduce il tempo e il potenziale di errori di miscelazione/diluizione

Non lascia fissativi o residui tossici dopo un risciacquo

Praticamente inodore, non richiede particolari attrezzature di ventilazione ambientale

Può essere utilizzato in apparecchiature di reprocessing automatiche

Non richiede il consumo di acqua per il processo di neutralizzazione

Stabile in presenza di residui organici

PROPRIETÀ FISICHE

Forma Liquida

Colore..... Da trasparente a giallo paglierino

pH tipico..... 2,2-2,6

Gravità specifica (25 °C [77 °F]) 1,019-1,024

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulizia/Decontaminazione

Le superfici dure non porose di dispositivi e strumenti medici devono essere accuratamente ripulite da sangue e altri fluidi corporei prima dell'applicazione di disinfettanti ad alto livello. Per la disinfezione ad alto livello di apparecchiature e strumenti medici, pulire accuratamente, risciacquare e asciugare gli oggetti prima di immergerli nel disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert. Pulire e risciacquare il lume degli strumenti cavi prima di riempirli con il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert.

Per lo smontaggio, la decontaminazione, la pulizia e la prova di tenuta (ove applicabile) delle apparecchiature consultare le istruzioni del produttore dei dispositivi o strumenti riutilizzabili.

Disinfezione ad alto livello

Immergere gli strumenti dopo la pulizia, il risciacquo e l'asciugatura in una soluzione di disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert non diluita. Seguire le istruzioni del produttore dello strumento per il ritrattamento e le istruzioni del disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert per assicurarsi che tutte le superfici dello strumento siano venute a completo contatto con il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert. Dopo che lo strumento è stato posto in immersione e che tutte le superfici sono a contatto con la soluzione disinfettante, lasciare lo strumento in immersione per almeno otto minuti a ≥ 20 °C (68 °F). Monitorare il tempo che lo strumento rimane a contatto con la soluzione mediante un contaminanti.

Non riscaldare la soluzione. Risciacquare lo strumento con acqua sterile o acqua potabile da rubinetto (vedere il foglio d'accompagnamento per maggiori particolari). Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert può non essere idoneo per tutti gli strumenti.

CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA PER GLI UTENTI E L'INSERTO PER ISTRUZIONI DETTAGLIATE SULL'UTILIZZO CON IL RITRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI ENDOSCOPI.

Periodo di riutilizzo per la disinfezione

Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert ha dimostrato l'efficacia della disinfezione in presenza di contaminazione da sporco organico e carico microbiologico durante il reimpiego. La concentrazione di perossido d'idrogeno del disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert durante la sua vita utile deve essere verificata mediante la striscia reattiva per la soluzione Revital-OxTM ResertTM prima di ogni impiego, per accertare che sia presente la concentrazione minima consigliata (CMC) di 1,5%. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert può essere utilizzato e riutilizzato entro i limiti indicati sopra fino a un massimo di 21 giorni. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert deve essere eliminato dopo 21 giorni, anche nel caso la striscia reattiva indichi una concentrazione superiore alla CMC. Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert nella sua confezione originale è utilizzabile fino alla data di scadenza.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Immagazzinaggio

Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert deve essere conservato nel suo contenitore originale sigillato a temperatura ambiente controllata compresa tra 15 e 30 °C (tra 59 e 86 °F). Non conservare in punti di lavorazioni alimentari. Conservare in ambiente asciutto e ben ventilato, lontano da sostanze chimiche, luce diretta, calore o fiamme libere. Non miscelare con altri prodotti per la pulizia o la disinfezione. La data di scadenza del disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert è riportata sul contenitore originale.

Smaltimento

Verificare le normative statali e locali sullo smaltimento. Smaltire la soluzione residua nell'impianto fognario. Fare scorrere abbondante acqua nel tubo di scarico. Risciacquare tre volte il contenitore con acqua e smaltire in conformità alla legge in vigore. Non riutilizzare i contenitori vuoti.

INFORMATIVA PER GLI UTENTI

Assicurarsi che il materiale degli strumenti, delle apparecchiature e dei dispositivi da disinfettare sia compatibile con il disinfettante ad alto livello Revital-Ox Resert. In caso di incertezza sulla composizione del materiale, chiedere conferma al produttore prima di procedere.

ATTENZIONE: corrosivo per rame, ottone, carburo di tungsteno, Monel S, argento, ottone cromato e acciaio nichelato. Può corrodere l'alluminio se l'immersione è prolungata.



NOTA: AHP e il logo AHP sono di proprietà di Virox Technologies Inc. e sono utilizzati su licenza.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

STERIS[®]



STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • Stati Uniti
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Questi documenti si rendono disponibili per l'impiego esclusivo da parte dei clienti STERIS, compresi gli architetti o i progettisti. Ne è proibita la riproduzione per intero o anche solo parziale da parte di persone diverse dal cliente.

Revital-Ox® RESERT™ R60 Strisce reattive per soluzione

Basta un minuto: letteralmente.



Il disinfettante ad alto livello Revital-Ox® RESERT™ presenta una striscia reattiva per soluzione **NUOVA E MIGLIORATA**.

Più facile da utilizzare

Utilizzo su soluzioni a 20 °C/68 °F o temperature superiori. Non è necessario raffreddare la soluzione prima del test.

Conveniente

La durata a scaffale di 12 mesi assicura flessibilità nell'inventario.

Conforme

Immergere leggermente prima dell'immersione completa. Testare le soluzioni di disinfettante ad alto livello Revital-Ox RESERT prima di ogni utilizzo. Conformità garantita alle linee guida dell'Association for the Advancement of Medical Instrumentation e della Society of Gastroenterology Nurses, nonché quelle relative ai disinfettanti negli Stati Uniti.

RAPIDO!

In esattamente un minuto, la striscia reattiva indicherà se la soluzione è positiva o negativa al test.



POSITIVO

NEGATIVO



Ordina ora

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
PCC053	Strisce reattive per soluzione Revital-Ox RESERT R60	1 flacone contenente 60 strisce reattive
PCC054	Strisce reattive per soluzione Revital-Ox RESERT R60	2 flaconi contenenti 60 strisce reattive

Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante **STERIS** o visitare l'indirizzo steris.com/resertr60.

Le strisce reattive Revital-Ox® RESERT™ R60 fanno parte di una serie ininterrotta di prodotti e soluzioni innovativi di STERIS.

Questo è il potere di...



Document n. M4218IT.2016.02 Rev. A
©2015 STERIS Corporation.
Tutti i diritti riservati.

STERIS

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 · USA
440-354-2600 · 800-548-4873
www.steris.com

F Dueffe 2000

Dueffe 2000 Srl

Via Borghetto Madonna del Pozzo, 7
00136 Roma
Tel.: 06 39726428 - 06 39730183
Fax: 06 39751799
E-mail: info@dueffe2000.it
PEC: dueffe2000@pec.it