

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 284 del 01/04/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOCIETA' DEVICOR MEDICAL ITALY S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUL MODULO DI CONTROLLO MAMMOTOME REVOLVE IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEGLI IFO.
CIG: Z76310DEE9**

Esercizi/o 2021 - conto 503030101 Centri/o di costo 3050100

- Importo presente Atto: € 20.740,00

- Importo esercizio corrente: € 20.740,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118256.1070

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-280-2021

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Premesso che presso la sezione di Senologia della UOC Radiologia e Diagnostica per Immagini degli IFO è stato installato in data 27/06/2018 un aspiratore per biopsia modello Mammotome Revolve della Devicor Medical s/n MSCM1001531.
- Considerato che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all'ATI HC Hospital Consulting Spa-GE Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;
- Ritenuto che dal Reparto è stata effettuata una richiesta d'intervento per la riparazione dell'apparecchiatura di cui trattasi;

- Considerato che la società Devicor Italia a cui è stato inviato lo strumento per la riparazione, ha riscontrato che il modulo è risultato essere contaminato da sangue in tutti i suoi componenti interni come da rapporto della stessa società riportato in Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale della stessa;
- Preso atto che il danno evidenziato risulta quindi dovuto al cattivo utilizzo della stessa apparecchiatura e quindi escluso dal canone del contratto in essere con l'ATI di cui sopra;
- Considerato che la ditta ha quindi inviato alla scrivente UOSD un'offerta per la riparazione del modulo che riportava un costo totale pari a € 14.042,26 + iva (22%), riportato in allegato 2 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che a seguito di contraddittorio con la scrivente UOSD è stato richiesto alla società un ulteriore preventivo per la sostituzione del modulo da riparare con un modello di più recente produzione in modo da poter effettuare una valutazione tecnico-economica dell'offerta inviata;
- che in data 17.02.2021 è stata quindi inviata alla scrivente UOSD l'offerta n. QI111975 che riportava per la sostituzione del suddetto modulo un importo pari a € 17.000,00 + iva (22%) comprensiva di manutenzione full risk per 12 mesi sul sistema in parola;
- Ritenuto che a seguito di trattative con la scrivente UOSD la stessa società ha inviato in data 11.03.2021 l'offerta revisionata che riportava lo stesso importo, ma un'estensione della garanzia pari a 18 mesi (All. 3 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);
- Considerato che sebbene esistano altre aziende che producono la stessa tipologia di apparecchiatura non si è provveduto a richiedere ulteriori preventivi in quanto l'utilizzo dell'apparecchiatura è legato all'acquisto di materiale di consumo specifico del quale il Reparto già dispone e pertanto risulterebbe antieconomico cambiare il sistema;
- inoltre la richiesta da parte del Reparto di provvedere alla riparazione dello stesso modulo per i motivi precedentemente riportati (All.4 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);

- Rilevato** che l'importo della manutenzione straordinaria di cui trattasi risulta essere in linea con gli importi di mercato e pertanto è ritenuto congruo;
- Considerato** l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- Ritenuto** pertanto opportuno alla luce di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società Devicor Medical Italy s.r.l. dei lavori di manutenzione evolutiva sul modulo di controllo Mammotome Revolve in dotazione presso la UOC Radiologia e diagnostica per immagini degli IFO, per un importo complessivo € 17.000,00 + iva (22%) e cioè pari a € 20.740,00 iva inclusa;
- Dato atto** che la complessiva spesa di € 17.000,00 + iva (22%) e cioè pari a € 20.740,00 iva inclusa, grava sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2021;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. l.vo 50/2016 alla società alla Società Devicor Medical Italy s.r.l. i lavori di manutenzione evolutiva sul modulo di controllo Mammotome Revolve in dotazione presso la UOC Radiologia e diagnostica per immagini degli IFO, per un importo complessivo € 17.000,00 + iva (22%) e cioè pari a € 20.740,00 iva inclusa. CIG: Z76310-DEE9

- far gravare la complessiva spesa di € 17.000,00 + iva (22%) e cioè pari a € 20.740,00 iva inclusa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2021;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

All 1

Mammotome

**Spettabile
IFO
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA**

**Roma, 11/03/2021
Ns. rif. RMA 10065582**

Oggetto: Intervento tecnico su modulo di controllo Mammotome revolve cod. MSCM1 s/n MSCM1001531.

La scrivente **Devicor Medical Italy S.r.l.** con sede legale in Viale del Poggio Fiorito 27- 00144 Roma, Capitale Sociale Euro 2.700.000 interamente versato, Codice Fiscale/Partita IVA 06991390961, REA 1273456, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato Dr. Vito Lassandro, nato a Bari il 16/11/1960, C.F. LSSVTI60S16A662Q, residente a Bari, Via delle Murge n. 108 sc. A, munito dei necessari poteri di rappresentanza e consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000,
dichiara

che il sistema di biopsia mammaria Mammotome in oggetto, dall'analisi effettuata dal nostro Servizio Tecnico, è risultato essere contaminato da sangue in tutti i suoi componenti interni.

Tali residui ematici provenivano presumibilmente dall'apposito cestello di raccolta fluidi (cod. MCANISTER1) a cui il modulo di controllo è connesso.

Cordiali saluti

Devicor Medical Italy S.r.l.
Vito Lassandro
Presidente e A.D.



Devicor Medical Italy Srl
Viale del Poggio Fiorito, 27
00144 Roma
Tel: +39 (0) 800 918 200
Fax +39 (0) 800 918 202

Codice Fiscale/Partita IVA:
06991390961
REA 1273456 N. Registro A.E.E.
IT1106000007217
Cap. Sociale €2.700.000 i.v.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Danaher Corp

devicormedicalitaly@pec.it
www.mammotome.com



Spettabile
IFO
Ingegneria Clinica
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma

Roma 11/03/2021

OGGETTO: MIGLIORIA PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MODULO DI CONTROLLO MSCM1 sn MSCM1001531
NS RIFERIMENTO: SERVICE CALL N° RMA10065582 (CITARE IN OGNI COMUNICAZIONE)

Manodopera		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo prestazione
TIMA01BC	Manodopera riparazione	ore	8,25	€ 210,00	€ 1.732,50
Tot					€ 1.732,50

Trasporto e assicurazione		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo prestazione
SHIB01BC	Spese di trasporto, imballaggio e assicurazione			€ 317,15	€ 317,15
Tot					€ 317,15

Parti di ricambio		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo prestazione
SPAA01BC	Clamp 5/16 TO 3/8 OD		2	€ 1,34	€ 2,68
	NUT ON TOP OF CM		1	€ 20,36	€ 20,36
	Tube		1	€ 12,82	€ 12,82
	Hose Clamp		2	€ 0,36	€ 0,72
	Pad Impact resistant		1	€ 2,56	€ 2,56
	Screw #8-32x2.00ph Flat		2	€ 0,60	€ 1,20
	Hex Nut #8-32 Hex Sem Tlw Ss		4	€ 0,24	€ 0,96
	Pump restraint		2	€ 98,80	€ 197,60
	Foam pad		3	€ 10,28	€ 30,84
	Threaded Fitting		1	€ 8,04	€ 8,04
	Polycon Manifold		1	€ 49,12	€ 49,12
	Port to Pcb		1	€ 36,48	€ 36,48
	Port to Mpv		1	€ 1,92	€ 1,92
	Pipe fitting		1	€ 12,68	€ 12,68
	Barbed fitting		1	€ 10,60	€ 10,60
	Packaged canister tube		1	€ 78,30	€ 78,30
	Base plate		1	€ 287,48	€ 287,48
	Front bracket		1	€ 55,10	€ 55,10
	L shape bracket		1	€ 116,66	€ 116,66
	Fast feet		4	€ 0,92	€ 3,68
	Vacuum pump		1	€ 2.127,04	€ 2.127,04
	Top bracket		1	€ 31,36	€ 31,36
	Bracket for speaker AS040004P		1	€ 81,78	€ 81,78
	Valve adapter motor		2	€ 109,78	€ 219,56
	Valve actuator		2	€ 1.289,70	€ 2.579,40
	Vibration mounts		4	€ 17,48	€ 69,92
	Mammotome PBC		1	€ 2.730,36	€ 2.730,36
	Interconnect board PCB		1	€ 129,30	€ 129,30
	Cable Stepper Motor to CM		2	€ 19,32	€ 38,64
	Temperature sensor assembly		1	€ 32,42	€ 32,42
	Speaker		1	€ 33,04	€ 33,04
	Screw #4-40x0.3125 PH		8	€ 0,54	€ 4,32
	Screw #4-40x0.375 PH Pan Sem		2	€ 0,58	€ 1,16
	Saline Hook		1	€ 104,94	€ 104,94
	Sound box for speaker AS0400		1	€ 102,50	€ 102,50
	CM Encl. w/o LCD & Elec		1	€ 2.230,84	€ 2.230,84
	4-wire fan assembly cable		1	€ 172,16	€ 172,16
	Filter to AC/DC Supply cable		1	€ 7,72	€ 7,72
	Hex Nut #4-40 Hex Sem Tlw Ss		2	€ 0,26	€ 0,52
	Cable-Stepper Motor to CM		1	€ 32,74	€ 32,74
	AC to DC Power Supply		1	€ 1.792,76	€ 1.792,76
	Fitting MPV filter		1	€ 13,26	€ 13,26
	MPV		1	€ 383,44	€ 383,44
	Pump bumper		2	€ 27,04	€ 54,08
	Spacer, pump bumper		2	€ 0,46	€ 0,92
	Tubing MPV 3/16 ID		1	€ 0,62	€ 0,62
	Tubing MPV filter 3/16 ID 6		1	€ 0,26	€ 0,26
	Tubing pressure sensor 1/16		1	€ 0,28	€ 0,28
	Brass hose bard 1/2" X		1	€ 6,06	€ 6,06
	Vite a croce		4	€ 0,08	€ 0,32
	Silenziatore		1	€ 65,02	€ 65,02
ACCA01BC	Accessori				
	Cavo di alimentazione CEE, 4,6 metri		1	€ 65,72	€ 65,72
Tot					€ 14.042,26

Varie	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo prestazione
COSA01BC Preparazione preventivo	# preventivi	1	€ 25,00	€ 0,00
Tot				€ 0,00

COSTO INTERVENTO			Tot	€ 16.091,91

Vi ricordiamo che la mancata accettazione del presente preventivo entro il giorno 21/03/2021 comporterà la chiusura della chiamata di assistenza per l'apparecchiatura in riparazione senza l'effettuazione di alcun tipo di intervento nonché l'addebito del costo minimo di € 785,00 comprensivo di decontaminazione e pulizia dell'unità, controllo e localizzazione del guasto, spese di spedizione e di assicurazione per ciascuna macchina da voi inviata (come notificato nella modulistica inviataVi al momento dell'apertura della richiesta di intervento).

Per informazioni contattare il Servizio Clienti al numero 800.918.200
Per autorizzare il preventivo inviare **regolare ordine** via fax al numero 800.918.202

CONDIZIONI GENERALI

Validità Offerta: 21/03/2021


Consegna: franco destinatario

Tempo di consegna: max 15 gg dalla data di ricezione dell'ordine

Pagamento: 60 gg. Data Ft.f.m.

I prezzi offerti sono da intendersi IVA esclusa

Cordiali saluti
Devicor Medical Italy S.r.l.
Presidente e A.D.
Vito Lassandro



Mammotome

**SPETTABILE
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI
ROMA**

c.a Ing Alessia Tonnetti – email alessia.tonnetti@ifo.gov.it

Roma, 11/03/2021

Prot. n. QI111975

[citare nelle comunicazioni]

Oggetto: Offerta per la fornitura di un modulo di controllo Mammotome revolve.

La scrivente **Devicor Medical Italy S.r.l.** con sede legale in Viale del Poggio Fiorito 27 - 00144 Roma, Capitale Sociale Euro 2.700.000 interamente versato, Codice Fiscale/Partita IVA 06991390961, REA 1273456, nella persona del Presidente e Amministratore Delegato Dr. Vito Lassandro, nato a Bari il 16/11/1960, codice fiscale LSSVTI60S16A662Q, sottopone alla Vs. cortese attenzione la propria migliore offerta per la fornitura di un modulo di controllo Mammotome revolve, alle condizioni qui di seguito dettagliate.

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM	PREZZO LISTINO	PREZZO OFFERTO
MSCM1	Modulo di controllo Mammotome revolve	Z129099	698828	€ 36.565	€ 17.000

A fronte della ricezione dell'ordine di acquisto entro il giorno 31/03/2021, quale condizione di miglior favore a Voi riservata, la Devicor Medical Italy S.r.l. provvederà a non addebitare i costi di gestione della chiamata di intervento da Voi richiesta sul modulo di controllo di Vs proprietà (ns. Rif. RMA 10065582) e a riconsegnarVi il dispositivo non riparato. Come dettagliato nei moduli sottoscritti al momento della richiesta di intervento, tali costi ammontano a € 785,00.

Garanzia

La Devicor Medical Italy S.r.l. dichiara che il dispositivo offerto è coperto da un periodo di **garanzia full risk di 18 mesi** decorrenti dalla data del collaudo positivo.

L'assistenza tecnica prestata nel periodo di garanzia è comprensiva dei seguenti interventi:

- Numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva.
 - Parti di ricambio utilizzate nella riparazione.
 - Test avanzati post intervento tecnico.
 - Safety Test sul sistema dopo intervento tecnico di riparazione.
 - Calibrazione e taratura del sistema dopo riparazione.
 - Sistema sostitutivo durante intervento d'assistenza tecnica.
 - Spese di spedizione e assicurazione danni da trasporto del sistema cliente.
 - Spese di spedizione e assicurazione danni da trasporto dell'apparecchiatura sostitutiva.
 - Primo intervento entro 2 gg lavorativi (48 ore).
- Emissione dei rapporti tecnici di servizio.

Devicor Medical Italy Srl
Viale del Poggio Fiorito, 27
00144 Roma
Tel: +39 (0) 800 918 200
Fax: +39 (0) 800 918 202

Codice Fiscale/Partita IVA:
06991390961
REA 1273456 N. Registro A.E.E.
IT1106000007217
Cap. Sociale €2.700.000 i.v.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Danaher Corp

devicomedicalitaly@pec.it
www.mammotome.com



Condizioni di fornitura:

- I prezzi offerti sono comprensivi delle spese di imballo, trasporto, consegna, collaudo e formazione del personale addetto all'utilizzo.
- I prezzi offerti sono da intendersi IVA esclusa. Aliquota IVA 22%.
- Termini di pagamento: 90 giorni data fattura.
- Tempi di consegna: nel termine massimo di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, salvo disponibilità dei prodotti in magazzino.
- Validità offerta: 21/03/2021.

Per ulteriori informazioni sulla presente offerta potrete rivolgerVi a:

UFFICIO GARE: Tel. 800 918 201 Fax 800 918 202 e-mail: ufficio.gare@mammotome.com

PRODUCT SPECIALIST: Daniele Tagliente T. 348/1116672 daniele.tagliente@mammotome.com

Cordiali saluti.

Devicor Medical Italy S.r.l.

Vito Lassandro
Presidente e A.D.

Mammotome

Devicor Medical Italy Srl
Viale del Poggio Fiorito, 27
00144 Roma
Tel: +39 (0) 800 918 200
Fax: +39 (0) 800 918 202

Codice Fiscale/Partita IVA:
06991390961
REA 1273456 N. Registro A.E.E.
IT1106000007217
Cap. Sociale €2.700.000 i.v.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Danaher Corp

devicormedicalitaly@pec.it
www.mammotome.com



