

**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 453 del 14/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SUGLI  
ENDOSCOPI MOD. CYF-5, IN DOTAZIONE ALLA UOC UROLOGIA DEGLI IFO, AFFIDA-  
TI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L.VO 50/2016 ALLA SOCIETA'  
OLYMPUS ITALIA S.R.L. CIG: . ZE331E8158**

Esercizi/o 2021 - conto 503030101    Centri/o di costo 3010800

- **Importo presente Atto: € 20.243,31**

- **Importo esercizio corrente: € 20.243,31**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: 2021/118256.1439**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici    Proposta n° DT-494-2021

**L'estensore**

**Alessia Tonnetti**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Alessia Tonnetti**

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-  
nologie e Sistemi Informatici**

**Giuseppe Navanteri**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 composto da n. 3 pagine
- Allegato 2 composto da n. 1 pagina
- Allegato 3 composto da n. 4 pagine

***Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici***

- Visto            il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto            il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista            la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto            l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Visto            il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;
- Considerato    che presso UOC di Urologia è stata installata a ottobre 2019 una colonna endoscopica corredata di 9 endoscopi, fornita dalla società Olympus a seguito dell'aggiudicazione della procedura MEPA come da Delibera 688 del 30/07/2019;
- che sugli strumenti è tutt'oggi attiva una garanzia di tipo full risk che esclude però i danni dovuti ad uso improprio, negligenza o colpa grave sugli strumenti di cui trattasi;
- Premesso       che con Deliberazione n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all'ATI HC Hospital Consulting S.p.A. - GE Medical System Italia S.p.A - Philips S.p.A il servizio di gestione inte-

grata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;

- Dato atto** che lo scorso 12 marzo 2021 è stata effettuata all'ATI che effettua il servizio di manutenzione una richiesta di riparazione sugli endoscopi di cui trattasi a seguito della quale gli strumenti sono quindi stati inviati in riparazione alla stessa Olympus essendo gli stessi coperti da garanzia;
- Considerato** che in data 14 aprile 2021 la società Olympus ha inviato alla scrivente UOSD la relazione sui danni riscontrati rilevando che su 5 dei 6 endoscopi inviati in riparazione il danno non poteva essere coperto da garanzia in quanto i danni erano ritenuti "anomali" ovvero non dovuti ad usura o danno accidentale (Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso).
- Considerato** che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- Ritenuto** pertanto di dover procedere con la massima urgenza alla richiesta di manutenzione correttiva sui sistemi in oggetto;
- Valutato** che a seguito di richiesta da parte della scrivente UOSD la ditta Olympus ha provveduto a inviare l'offerta per la riparazione degli endoscopi che riportava per la manutenzione di cui trattasi un importo pari a € 16.592,88 + IVA (22%) e cioè pari a € 20.243,31 IVA inclusa (Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso)
- Ritenuto** che a seguito del preventivo inviato è stato richiesto alla società Olympus un riscontro in merito agli importi applicati in quanto questi risultano superiori ai prezzi con i quali gli endoscopi erano stati acquistati nella gara di aggiudicazione;
- che la società Olympus ha giustificato tali importi in quanto per l'aggiudicazione della gara era stato applicato uno sconto molto importante al di sotto del prezzo medio

di mercato come riportato in allegato 3 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento risulta comunque essere in linea con gli importi di analoghi interventi, pertanto è ritenuto congruo;

Visto l'art.36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Ritenuto di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L. vo 50/2016 alla società Olympus Italia s.r.l. la manutenzione correttiva degli endoscopi in uso presso la UOC Urologia degli IFO;

Considerato che la complessiva spesa di € 16.592,88 + IVA (22%) e cioè pari a € 20.243,31 IVA inclusa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2021;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### **Determina**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo 50/36 comma 2 lettera A) del D. L.vo 50/2016 alla ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A) del D.L.vo 50/2016 alla società Olympus Italia s.r.l. la manutenzione correttiva degli endoscopi in uso presso la UOC Urologia degli IFO - CIG: ZE331E8158;
- Registrare la spesa di € 16.592,88 + IVA (22%) e cioè pari a € 20.243,31 IVA inclusa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2021.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-  
formatici

**Giuseppe Navaneri**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

# ALLEGATO 3

## R: Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

Andrea Tantalo <Andrea.Tantalo@Olympus.com>

ven 07/05/2021 12:31

A: TONNETTI ALESSIA <alessia.tonnetti@ifo.gov.it>; NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>; gloria.domenico <gloria.domenico@gmail.com>

Cc: Stefano Giannini <Stefano.Giannini@Olympus.com>; endodiagnostika <endodiagnostika@libero.it>; melbasrl <melbasrl@tiscali.it>

Buongiorno,

Nella Gara numero 44575 che ci siamo aggiudicati era stato applicato uno sconto molto importante ( al di sotto del prezzo medio di mercato) con un'offerta a corpo unico del valore di 71.000 euro.

L'attuale prezzo di listino del CYF-5 è pari a 8.490 euro+iva sul quale mediamente viene applicato uno sconto massimo del 30%.

Gli strumenti danneggiati e considerati fuori garanzia full risk hanno dei costi di riparazione come da listino indicato nello schema da lei richiamato.

Visto il particolare rapporto che ci lega alla vostra struttura, ho autorizzato un costo di riparazione pari a quello da noi sostenuto per la riparazione viva degli strumenti senza alcun ricarico.

Resto a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Dott Andrea Tantalo

Regional Sales Manager Uro&HYS

Olympus Italia societa' unipersonale

Via Modigliani 45

20054 Segrate ( MI)

+39 335-1634925

Andrea.tantalo@olympus.com



---

Da: TONNETTI ALESSIA <alessia.tonnetti@ifo.gov.it>

Inviato: lunedì 3 maggio 2021 10:16

A: Andrea Tantalo <Andrea.Tantalo@Olympus.com>; NAVANTERI GIUSEPPE <giuseppe.navanteri@ifo.gov.it>; gloria.domenico <gloria.domenico@gmail.com>

Cc: Stefano Giannini <Stefano.Giannini@Olympus.com>; endodiagnostika <endodiagnostika@libero.it>; melbasrl <melbasrl@tiscali.it>

Oggetto: [EXTERNAL] R: Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

GN

"PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message."

---

Buongiorno Sig. Tantalo,

confrontando i prezzi riportati nel suo schema con quelli di acquisto dei cistoscopi di cui avete effettuato la riparazione volevo chiederle se gli stessi sono stati riparati o completamente sostituiti.

Nel caso fossero stati riparati poiché il prezzo di acquisto dei cistoscopi, come da fattura allegata, risulta più basso rispetto al prezzo di listino per la riparazione le chiedo se fosse possibile applicare almeno lo stesso prezzo di listino al quale applicare poi lo sconto.

Dovendo infatti accedere al rimborso dell'assicurazione per danno doloso (visto il tipo di danno riscontrato) risulta in questo modo difficile giustificare che la riparazione dello uno strumento possa costare più dello strumento nuovo.

In attesa di suo gentile riscontro in merito

Grazie mille

Buona giornata  
Alessia Tonnetti



*Ing. Alessia Tonnetti*

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI  
UOSD Ing. Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

Via Elio Chianesi, n. 53 - 00144 Roma  
Tel. 06 52662098

---

**Da:** Andrea Tantalo <[Andrea.Tantalo@Olympus.com](mailto:Andrea.Tantalo@Olympus.com)>

**Inviato:** sabato 1 maggio 2021 09:45

**A:** NAVANTERI GIUSEPPE <[giuseppe.navanteri@ifo.gov.it](mailto:giuseppe.navanteri@ifo.gov.it)>; gloria.domenico <[gloria.domenico@gmail.com](mailto:gloria.domenico@gmail.com)>

**Cc:** Stefano Giannini <[Stefano.Giannini@Olympus.com](mailto:Stefano.Giannini@Olympus.com)>; endodiagnostika <[endodiagnostika@libero.it](mailto:endodiagnostika@libero.it)>; melbasrl <[melbasrl@tiscali.it](mailto:melbasrl@tiscali.it)>; TONNETTI ALESSIA <[alessia.tonnetti@ifo.gov.it](mailto:alessia.tonnetti@ifo.gov.it)>

**Oggetto:** R: Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

Buongiorno Ing Navanteri

In allegato lo schema con lo sconto massimo che possiamo applicarvi per la riparazione degli strumenti per i quali non è stata riconosciuta la garanzia FULL RISK.

GN

Si tratta dei 5 strumenti indicati nello schema allegato.  
Resto a disposizione per ogni esigenza  
Grazie mille

---

**Da:** NAVANTERI GIUSEPPE <[giuseppe.navanteri@ifo.gov.it](mailto:giuseppe.navanteri@ifo.gov.it)>

**Inviato:** giovedì 22 aprile 2021 12:05

**A:** gloria.domenico <[gloria.domenico@gmail.com](mailto:gloria.domenico@gmail.com)>

**Cc:** Andrea Tantalo <[Andrea.Tantalo@Olympus.com](mailto:Andrea.Tantalo@Olympus.com)>; Stefano Giannini <[Stefano.Giannini@Olympus.com](mailto:Stefano.Giannini@Olympus.com)>; endodiagnostika <[endodiagnostika@libero.it](mailto:endodiagnostika@libero.it)>; melbasrl <[melbasrl@tiscali.it](mailto:melbasrl@tiscali.it)>; TONNETTI ALESSIA <[alessia.tonnetti@ifo.gov.it](mailto:alessia.tonnetti@ifo.gov.it)>

**Oggetto:** R: Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

**This email originated from outside Olympus. If you do not know the sender, please DO NOT open attachments or click on any links. If you have any doubts, please contact the Olympus IT Service Desk.**

Salve,  
con la presente le chiedo la possibilità di avere un preventivo di riparazione per repair and exchange con applicazione dello sconto massimo che potete garantirci.  
Grazie e buona giornata.

Giuseppe Navanteri

---

**Da:** Domenico Gloria <[gloria.domenico@gmail.com](mailto:gloria.domenico@gmail.com)>

**Data:** venerdì, 16 aprile 2021 16:17

**A:** NAVANTERI GIUSEPPE <[giuseppe.navanteri@ifo.gov.it](mailto:giuseppe.navanteri@ifo.gov.it)>

**Cc:** [andrea.tantalo@olympus-europa.com](mailto:andrea.tantalo@olympus-europa.com) <[andrea.tantalo@olympus-europa.com](mailto:andrea.tantalo@olympus-europa.com)>, Stefano Giannini <[Stefano.Giannini@olympus.com](mailto:Stefano.Giannini@olympus.com)>, Endodiagnostika <[endodiagnostika@libero.it](mailto:endodiagnostika@libero.it)>, melbasrl <[melbasrl@tiscali.it](mailto:melbasrl@tiscali.it)>

**Oggetto:** Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

Buongiorno Ing Navanteri,  
in allegato le invio comunicazione Olympus relativa alle riparazioni dei Cistoscopi flessibili CYF5 dell'ambulatorio di urologia IFO con le relative immagini fotografiche DR  
Rimango a sua disposizione per chiarimenti in proposito.  
Cordiali saluti.

GN

26/5/2021

Posta - TONNETTI ALESSIA - Outlook

Domenico Gloria  
(3357871496)

GN

Spettabile

**I.F.O. IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI**VIA ELIO CHIANESI, 53  
00128 ROMA (RM)

C. A. Ing Clinica Ing Navanteri

Roma, 29 Aprile 2021

**Oggetto:** Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

Modello	Matricola	Costo listino riparazione	Sconto %	Prezzo scontato a voi riservato	Stato attuale strumento
Global Service IFO					
CYF 5	7970098	€ 5.733,34	40%	€ 3.440,00	riparato
CYF 5	7970099	€ 5.733,34	40%	€ 3.440,00	riparato
CYF 5	7970114	€ 5.733,34	40%	€ 3.440,00	riparato
Sede AT Roma					
CYF 5	7970094	€ 5.222,80	40%	€ 3.133,68	riparato
Sede AT Segrate					
CYF 5	7970112	€ 5.232,00	40%	€ 3.139,20	da riparare

Prezzi IVA esclusa.

Pagamento BB 60gg data fattura

Spettabile  
**I.F.O. IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI**  
VIA ELIO CHIANESI, 53  
00128 ROMA (RM)

C. A. Ing Clinica Ing Navanteri

Roma, 14 Aprile 2021

**Oggetto:** Riparazione Cistoscopi flessibili Olympus

Facciamo riferimento all'oggetto per segnalarvi che:

In data 28/05/2019 con ns offerta 3U-44575/152P/CM abbiamo partecipato e ci siamo aggiudicati la fornitura relativa al vs RDO 2279626.

La nostra offerta prevedeva oltre alla fornitura di una colonna per cistoscopia anche 9 cistoscopi:

	<b>Modello</b>	<b>Matricola</b>	<b>Tipologia</b>
1	<b>CYF V2</b>	<b>7950007</b>	VIDEO CISTOSCOPIO
2	<b>CYF VH</b>	<b>2929284</b>	VIDEO CISTOSCOPIO
3	<b>CYF 5</b>	<b>7970014</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
4	<b>CYF 5</b>	<b>7970094</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
5	<b>CYF 5</b>	<b>7970098</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
6	<b>CYF 5</b>	<b>7970099</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
7	<b>CYF 5</b>	<b>7970112</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
8	<b>CYF 5</b>	<b>7970113</b>	FIBRO CISTOSCOPIO
9	<b>CYF 5</b>	<b>7970114</b>	FIBRO CISTOSCOPIO

Gli strumenti sono coperti da garanzia FR di 25 mesi e dalla data di fornitura abbiamo sempre effettuato come da contratto le riparazioni su questo tipo di apparecchiature.

Solo a scopo informativo vi informiamo che nel corso del 2021 nei mesi di Gennaio e Febbraio abbiamo riparato i seguenti 3 strumenti senza alcun costo per la vs azienda

Modello	Matricola	Tipologia	Reso
CYF 5	7970112	FIBRO CISTOSCOPIO	11/02/2021
CYF 5	7970113	FIBRO CISTOSCOPIO	25/01/2021
CYF 5	7970114	FIBRO CISTOSCOPIO	20/01/2021

I primi giorni di Marzo ci sono stati inviati in riparazione praticamente in contemporanea 6 strumenti.

Uno di questi: **CYF5 matricola 7970014** presentava una tipologia compreso nel contratto FR, pertanto è stato riparato e reso in reparto.

Gli altri 5 strumenti presentano un danno anomalo e non riconducibile ai problemi riscontrati normalmente su questo tipo di strumenti pertanto siamo costretti a non riconoscere la garanzia FR e ad emettere preventivo alla vs struttura.

Vi segnaliamo infatti che il contratto da noi offerto al Punto 3 specifica che “non sono inclusi interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti ad uso improprio, negligenza o colpa grave”

Vi alleghiamo un piccolo schema riassuntivo:

Modello	Matricola	Data	Prezzo riparazione	FR	Difetto principale
CYF 5	7970098	08/04/2021	€ 5.733,34	NO	Distacco valvola bioptica con infiltrazione interna
CYF 5	7970099	08/04/2021	€ 5.733,34	NO	Distacco valvola bioptica con infiltrazione interna
CYF 5	7970112	08/04/2021	€ 5.232,00	NO	Distacco valvola bioptica con infiltrazione interna
CYF 5	7970114	08/04/2021	€ 5.733,34	NO	Distacco valvola bioptica con infiltrazione interna
CYF 5	7970094	08/04/2021	€ 5.222,80	NO	Perdita da tester tenuta, guainetta lacerata , infiltrazione interna

In allegato vi inviamo anche i Discovery Report delle riparazioni.

Visti i buoni rapporti sempre intercorsi con la vs struttura siamo comunque disponibili ad un eventuale incontro per fornirvi maggiori spiegazioni sui danni riscontrati e trovare con voi la miglior soluzione al problema.

Cordiali saluti

  
OLYMPUS ITALIA S.R.L.  
~~Società unipersonale~~  
Procuratore  
LUCA CHIESA