

ALLEGATO 1.2

SISTEMA ANTIDECUBITO PER DEGENZE AD ALTA INTENSITA' RIANIMAZIONE

- La superficie a contatto con il paziente deve essere costituita integralmente da celle a tutta aria, indipendenti. Altezza delle celle attive non inferiori a cm 18,5 (gonfio) il sistema non dovrà superare i 22 cm di altezza totale.
- Aria ceduta dal sistema all'interno del materasso minimo 300 Litri/min
- Pressioni di contatto minime e minime forze di attrito e frizione: pressione di contatto non superiore a 32 mmHg
- Silenziosità delle pompe e turbine per il gonfiaggio (rumorosità misurata ad un metro dalla fronte: inferiore a 38-40decibel secondo norme in materia e rilevabile da idonea documentazione)
- **Adattabilità ed integrazione funzionale alla struttura letto specifica della Rianimazione**
- Presenza del controllo automatico della pressione d'appoggio a seconda della postura assunta dal paziente
- Funzione statica e dinamica selezionabile a scelta dell'operatore. Superficie con sezioni a pressione differenziata per zone.
- Attivazione rapida per la procedura della CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) minimo 15 secondi anche in caso di assenza di alimentazione elettrica
- Allarmi acustici e visivi con sistema di autodiagnosi per l'individuazione rapida del tipo di guasto durante l'allarme.
- Sistema di massimo gonfiaggio con tasto dedicato e disattivazione automatica
- portata terapeutica della superficie antidecubito dinamica non inferiore a kg 200 per il letto standard e non inferiore a 300Kg per il letto bariatrico;
- Marcatura CE.
- Manuale d'uso in lingua italiana.
- Classe di reazione al fuoco 1 IM.

TELO DI COPERTURA Caratteristiche minime: *Traspirante, Impermeabile ai liquidi e permeabile a vapori per evitare macerazioni della cute; * BIELASTICO FACILMENTE asportabili, lavabili, disinfettabili; *Resistente a forature e strappi; *Antistatico, antiallergico, antifungino, antibatterico; *Lavabile e disinfettabile con comuni prodotti ospedalieri; * Classe di reazione al fuoco 1 IM; * Ignifughi e quant'altro richiesto dalle disposizioni dalla Legge 81/2008