

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 438 del 12/05/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.
L.VO 50/2016 ALLA DUEFFE2000 SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA SULLA TELECAMERA IMAGE1 S 4U RUBINA IN DOTAZIONE PRESSO IL BLOCCO
OPERATORIO DEGLI IFO. CIG: ZE4363D70A**

Esercizi/o 2022 - 503030101 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € 1.488,40**

- **Importo esercizio corrente: € 1.488,40**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2022/140357.1424

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-456-2022

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici**

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Tenuto conto che in data 27 gennaio 2022 veniva inviata, per il tramite del nostro Global Service, una richiesta d'intervento sull'apparecchiatura in oggetto;
- Premesso che con delibera IFO n. 383 del 21.03.2021 è stata aggiudicata alla società Dueffe2000 la fornitura di una di n.1 colonna laparoscopica multidisciplinare 4K che comprende la telecamera modello IMAGE1 S 4U RUBINA della Stroz oggetto del presente atto;
- Considerato che con Delib. n. 689 del 19 giugno 2020 tramite adesione al Lotto 1 della gara indetta dalla Regione Lazio, è stato affidato all'ATI HC Hospital Consulting Spa-GE Medical System Italia Spa- Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO di cui non fa parte l'apparecchiatura in oggetto;

- Considerato che in data 27 gennaio 2022 per il tramite della RTI di cui al punto precedente è stata aperta una richiesta d'intervento alla società Dueffe2000 per la riparazione della telecamera di cui trattasi;
- che alla data della richiesta la telecamera risulta coperta da garanzia;
- Tenuto conto che nonostante i diversi solleciti fatti la società Dueffe2000 srl ha dato riscontro alla richiesta d'intervento solamente in data 14 marzo 2022 senza alcuna motivazione valida per il ritardo nella risposta, inviando un preventivo per la riparazione di € 2.550,00 oltre iva (22%) in quanto non riconosciuta come coperta da garanzia (allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);
- Valutato che risulta necessario procedere con il ripristino dello strumento in quanto necessario per garantire la continuità del servizio;
- Considerato che per quanto previsto agli artt. 10 e 11 del Capitolato di Gara la società Dueffe2000 srl non ha rispettato i livelli di servizio richiesti dallo stesso;
- Ritenuto pertanto di dover procedere con l'applicazione delle penali previste dall'art.11 del capitolato di gara per un ammontare pari a € 1.330,00 da scalare dall'importo del preventivo inviato per la riparazione come riportato nell'Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- Ravvisato l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per il quale *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- Valutato che a seguito del calcolo della penale la fattura dell'intervento di cui trattasi si intenderà pertanto stornata dell'importo relativo alle penali applicate e pertanto pari a € 2.550,00 - € 1.330,00 = € 1.220,00 oltre iva (22%);
- Valutato che l'importo della manutenzione straordinaria di cui trattasi risulta congruo ed in linea con gli importi di mercato per simili interventi;

- Considerato che risulta pertanto necessario procedere con l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. l. vo 50/2016 alla Dueffe2000 srl dei lavori di manutenzione straordinaria sulla telecamera Image1 S 4U rubina in dotazione al Blocco Operatorio degli IFO;
- Considerato che la complessiva spesa di € 1.220,00 oltre oneri di legge cioè pari ad € 1.488,40 iva compresa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2022;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. l.vo 50/2016 alla Dueffe2000 srl dei lavori di manutenzione straordinaria sulla telecamera Image1 S 4U rubina in dotazione al Blocco Operatorio degli IFO - CIG: ZE4363D70A
- Registrare la spesa di € 1.488,40 iva compresa, sul conto economico n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2022.

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Spett.le
Hospital Consulting Spa
c/o Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Piano 6 ascensori E/F
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma

Roma, 11 Marzo 2022

Nostro preventivo numero 054

Egredi Signori,
con la presente Vi comunichiamo che la garanzia non è stata accettata, inviamo preventivo di spesa per la riparazione della seguente apparecchiatura segnalata con Vs. richiesta n. 2022/00083 del 27/01/22 e ritirata con Vs. d.d.t. N. 024 del 01/02/22:

- **Una testa della telecamera IMAGE1 S 4U RUBINA - Art. TH121 S/N PO037720-K**

RAPPORTO TECNICO

Dopo un attento controllo dell'apparecchiatura si è riscontrato che il cavo è bucato (la testina non è a tenuta stagna), il meccanismo di aggancio è rovinato e la centratura sensore. Dopo la riparazione la tenuta stagna e le specifiche della testina devono essere accuratamente ricontrollate.

OPERAZIONI DA EFFETTUARE:

- Sostituzione guarnizioni
- Sostituzione cavo di collegamento
- Centratura sensore
- Revisione meccanismo aggancio ottiche
- Manodopera e Test di prova

Prezzo a Voi riservato € 2.550,00

I.V.A.: a Vostro carico
Pagamento : 60 giorni data fattura
Consegna: 30 giorni

Rimaniamo in attesa di ricevere una Vs. comunicazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, scaduto il quale procederemo a rendere il dispositivo non riparato con addebito di 100,00 € IVA esclusa per spese di gestione. Lo stesso importo verrà comunque addebitato in di mancata accettazione del preventivo a copertura delle spese di gestione.

Distinti saluti

Rapporto Tecnico 5430204638
 Data documento 11.03.2022
 Codice cliente 50009672
 Data conferma d'ordine 04.02.2022
 Riferimento ordine 06/2022 DUEFFE
 Contatto per richieste
 Lidia Bortignon lidia.bortignon@karlstorz.com

DUEFFE 2000 SRL
 VIA BORGHETTO MADONNA D.POZZO, 7
 00136 ROMA RM

Dettaglio rapporto tecnico	Quantità
<p>DIFETTO RICONTRATO: Dopo un attento controllo dell'apparecchiatura si è riscontrato che il cavo della testina presenta un foro sulla guaina esterna (la testina non è più a tenuta stagna). Alcuni componenti del meccanismo di aggancio ottiche sono usurati e l'immagine non risulta al centrata. Dopo la riparazione le specifiche della testina devono essere accuratamente ricontrollate. NB: si fa presente che questo tipo di disservizio non è imputabile a difetti di fabbrica delle apparecchiature, pertanto la garanzia non può in questo caso essere concessa.</p> <p>OPERAZIONI DA EFFETTUARE: -sostituzione cavo -sostituzione guarnizioni -revisione meccanismo di aggancio ottiche -centratura sensore -test di prova</p> <p>CS_SP_IRD TH121 IMAGE1 S 4U RUBINA, OPAL1 NIR/ICG Riparazione individuale Numero di serie PO037720-K</p>	

Termini e condizioni generali di vendita e fornitura dei beni consultabili sul sito www.karlstorz.com

Sede amministrativa/operativa:
 KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.r.l.
 Via dell' Artigianato, 3
 37135 Verona
 Tel. 045 822 20 00
 Fax 045 822 20 01
 E-mail: info-ita@karlstorz.com

Unicredit Banca S.p.A.
 IBAN: IT54T 02008 11705 000007022542
 SWIFT: UNCRITM1M03

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
 IBAN: IT77L 06045 11700 000005001728
 SWIFT: CRBZIT2B036

Sede legale:
 Via Leonardo da Vinci, 12
 39100 Bolzano
 P.IVA 02733860239
 Cod. Fisco 04182991000

Cnp. Soc. € 52.000 I.v.
 R.E.A. 181403
 Reg. Imp. Bolzano

Società soggetta ad attività
 di direzione e coordinamento di
 KARL STORZ SE & Co. KG
 Tuttlingen (D)



U.O.S.D. Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Spett.le Dueffe 2000 srl
Via Borghetto Madonna del pozzo, 18
00136 Roma
info@dueffe2000.it

OGGETTO: Approvazione VS preventivo n. 054 del 11 marzo 2022

In relazione alla VS offerta n. 054 del 11 marzo 2022 (Allegato 1) relativa all'intervento di riparazione sulla telecamera Image1 S 4U rubina non riconosciuto come coperto da garanzia e per un importo pari a € 2.550,00 oltre IVA si rappresenta quanto segue:

Premesso che in data 27 gennaio 2022 veniva inviata, per il tramite del nostro Global Service una richiesta d'intervento sulla telecamera Image1 S 4U rubina.

Che nonostante i diversi solleciti fatti dallo stesso Global Service la società Dueffe2000 ha dato riscontro alla richiesta d'intervento solamente in data 14 marzo 2022 senza alcuna motivazione valida per il ritardo nella risposta, inviando un preventivo per la riparazione in quanto non riconosciuta come coperta da garanzia (Allegato 2);

che tuttavia ad oggi non risulta ancora inviato alcun muletto sostitutivo atto a garantire la continuità del servizio;

Considerato quanto previsto all'art. 10 del Capitolato di gara con cui la società Dueffe 2000 si è aggiudicata la fornitura della colonna laparoscopica multidisciplinare 4k (RDO 2436167) che includeva la telecamera in oggetto, che recita come segue *"Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni di garanzia, privo di idonea motivazione, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutto il periodo di garanzia dovranno essere assicurati i tempi di intervento e riparazione entro 8 ore lavorative dalla chiamata, ad esclusione dei giorni festivi. In ogni caso, sia durante il periodo di garanzia che di contratto di manutenzione la Società si impegna ad assicurare la funzionalità dell'apparecchiatura entro le 24 ore dalla chiamata, garantendo la continuità del servizio"*

Tenuto conto quanto previsto all'art. 11 dello stesso Capitolato di gara che recita come segue: *"Nel caso in cui non vengano rispettati i livelli di servizio e quanto definito all'art.10 del presente capitolato, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate, per ogni giorno di ritardo o di fermo macchina causa guasto bloccante, penali pecuniarie nella misura pari dello 0,5 per mille del valore complessivo del contratto (I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta), e comunque non oltre il 10% del suddetto valore. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'Impresa aggiudicataria ed influenti sulla fornitura, devono essere tempestivamente documentati e segnalati."*



- Attestato che così come riportato nell'Allegato A alla documentazione di gara la società Dueffe2000 dichiarava di avere preso visione e di accettare espressamente tutta la documentazione di gara (Allegato 3);
- Valutato che non sono stati rispettati i livelli di servizio richiesti dal Capitolato di gara, né è stato dato tempestivo riscontro sugli impedimenti avuti dalla società Dueffe2000 che hanno causato il ritardo nella risposta alla richiesta di intervento;
- Ritenuto per quanto sopra riportato, di dover procedere con l'applicazione delle penali previste dall'art. 11 del Capitolato di appalto;
- che vista la fattiva collaborazione tra la società Dueffe2000 e l'Ente IFO, le penali di cui al punto precedente si intenderanno applicate al solo disservizio dovuto al ritardo nella risposta dell'assistenza tecnica;

Tutto ciò premesso si procede come segue:

Giorni di fermo macchina: 38 giorni (pari ai giorni intercorsi tra il 27 gennaio e il 14 marzo, ad esclusione dei giorni festivi);

Valore complessivo del contratto (IVA esclusa): € 70.000,00

Calcolo penale: $0,5\% * € 70.000,00 * 38 = € 1.330,00$

La fattura all'intervento di cui trattasi si intenderà pertanto stornata dell'importo relativo alle penali applicate e pertanto pari a € 2.550,00 – € 1.330,00 = € 1.220,00 oltre iva (22%).

Si richiede che l'esecuzione dei servizi di cui all'Allegato 1 sia immediato e sollecito nelle more dell'adozione dell'atto contabile.

Vi comunicheremo quanto prima la Determina autorizzativa e il numero di CIG necessari ed imprescindibili per la contabilità dell'Ente.

In attesa di cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Esecutivo del Contratto

Ing. Alessia Tonnetti

Il Responsabile della UOSD Ingegneria
Clinica e Tecnologie e Sistemi
Informatici

Ing. Giuseppe Navaneri