

### **UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

# Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 507 del 20/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' HOSPITAL SERVICE S.P.A. DELLA FORNITURA DI UN COLLIMATORE COMPLETO DI WORKSTATION PER APPLICAZIONI INTERVENTISTICHE DA INSTALLARE PRESSO LA UOC RADIOTERAPIA DEGLI IFO - CIG: Z7B3673406

Esercizi/o 2022 Centri/o di costo 3050200 - Conto 10.10.20.501

- Importo presente Atto: € 19.276,00

- Importo esercizio corrente: € 19.276,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione nº: 2022/144905.1514

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta nº DT-513-2022

L'estensore

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Alessia Tonnetti

Giuseppe Navanteri

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:



- Allegato 1 composto da n. 3 pagine
- Allegato 2 composto da n. 1 pagina
- Allegato 3 composto da n. 3 pagine

## Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli ap-

palti delle Pubbliche Amministrazioni;

il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-

creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deli-

bera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.1.2021 e n. 380 del 25.3.2021, approvate dalla

Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determina-

zione n. G03488 del 30.3.2021;

Premesso che presso la UOC Radioterapia vengono effettuate delle procedure di brachiterapia

per tumori prostatici che prevedono il posizionamento in situ di semi radioattivi e

trattamenti preliminari alla radioterapia con Cyberknife che prevedono l'applicazione

di un gel nella zona transperineale attraverso l'utilizzo di immagini ecografiche e di

un collimatore stepper dotato di supporto per la guida della sonda ecografica;

Considerato che su richiesta del personale della UOC Radioterapia è stata portato in conto visione

dalla società TEMA un ecografo dotato di sonda, stepper e idoneo supporto per l'ese-

cuzione di tali procedure;



Dato atto che, così come definito dalla commissione HB-HTA tale procedura rientra tra quelle di radiologia interventistica;

Preso atto che presso la UOC Radiologia è presente un ecotomografo a marchio Esaote dotato di sonda biplanare modello TLC 3-13 e di kit per biopsia idonei ad effettuare tali procedure interventistiche;

Valutato che risulta pertanto necessario dotare l'ecotomografo del collimatore stepper e del supporto hardware al fine di poter effettuare le procedure di cui trattasi, evitando quindi l'acquisto di un nuovo sistema ecografico, soluzione che si sarebbe rivelata molto più onerosa;

Dato atto che al fine di determinarne il prezzo la scrivente UOSD ha invitato le ditte Tema Sinergie S.p.A e Hospital Service S.p.A., individuate sul portale MEPA, ad inviare un'offerta per la fornitura in oggetto in quanto entrambi distributori del collimatore stepper compatibile con la sonda biplanare installata presso la UOC Radiologia;

Valutato che sono stati ricevuti i preventivi della società Tema Sinergie S.p.A. per un importo pari a € 15.900,00 oltre oneri di legge (Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso) e della società Hospital Service S.p.A per un importo pari a € 16.000,31 oltre oneri di legge (Allegato 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso);

Dato atto che sia da un punto di vista tecnico che economico le offerte ricevute sono state ritenute congrue alla richiesta e idonee per le applicazioni da effettuare;

Ritenuto che per la fornitura di cui trattasi ricorrono le condizioni di cui all' art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs.n. 50/2016 che recita: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Ravvisato il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art.36 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e smi allo scopo di perseguire l'effettiva concorrenza tra gli operatori economici;



Considerato

inoltre l'art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che "gli enti del servizio sanitario nazionale (...) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP";

Verificato

che la tipologia di fornitura non è presente nelle convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A.;

Dato atto

che la scrivente UOSD ha quindi avviato una trattativa diretta sul portale MEPA richiedendo una miglioria alle offerte;

che precedentemente alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte la società Hospital Service S.p.A. ha inviato un'offerta migliorativa che portava l'importo della fornitura a € 15.800,00 oltre oneri di legge (Allegato 3 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso);

Valutato

che l'importo complessivo della manutenzione risulta in linea con gli importi di mercato per analoghi interventi e pertanto è ritenuto congruo;

Ritenuto

alla luce di quanto esposto, di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016 alla società Hospital Service S.p.A. della fornitura di un collimatore completo di workstation per applicazioni interventistiche da installare presso la UOC Radioterapia degli IFO per un importo pari a € 15.800,00 + IVA (22%) e cioè pari a € 19.276,00 IVA inclusa - CIG: Z7B3673406

Dato atto

che la complessiva spesa di € 19.276,00 IVA inclusa grava sul conto economico n. 10.10.20.501 dell'esercizio finanziario 2022;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.



#### **Determina**

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla Società alla società Hospital Service S.p.A. la fornitura di un collimatore completo di workstation per applicazioni interventistiche da installare presso la UOC Radioterapia degli IFO CIG: Z7B3673406;
- Registrare la spesa di € 19.276,00 IVA inclusa grava sul conto economico n. 10.10.20.501 dell'esercizio finanziario 2022;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

#### Giuseppe Navanteri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Spett.le IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Via Elio Chianesi, 53 00144 ROMA

Att.ne Alessia Tonnetti alessia.tonnetti@ifo.it

Faenza, 22 aprile 2022

Vs. Rif.		
Ns. Rif.:	221057-R78-00	AMD
OGGETTO:	Stepper & Floor Mount per procedure interventistiche	

Con la presente siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a quanto segue:

Pos.	Mod.	Descrizione	Qtà	Prezzo Unit. €	Prezzo Tot. €
1.	6XX-XXX-MOD		1	<del>12.062,00</del>	<del>12.062,00</del>
	ecografica* compatibile co	posizionamento della sonda on il sistema di supporto Floor di ordine marca e modello a transrettale in utilizzo.			
2.	610-974		1	<del>20.121,00</del>	<del>20.121,00</del>
	Floor Mount WS.				
	Supporto a pavimento	per stepper, adatto ad ogni			



situazione clinica in quanto indipendente da sistemi di supporto terzi. Dotato di un sistema di fissaggio "single-point", permette di posizionare lo stepper e il template in maniera facile e veloce. La presenza delle ruote e la regolazione in altezza, permettono un facile trasporto, set-up e stoccaggio.  Il design molto intuitivo garantisce una durata della fase di apprendimento per il medico ed il suo staff, minima.		
TOTALE A VOI RISERVATO		<u>15.900,00</u>

TERMINI DI FORNITURA	ERMINI DI FORNITURA		
CONSEGNA	30 gg. dal ricevimento Vs. gradito ordine		
Intesa da giorno di spedizione da Tema Sinergie			
	NOTA 1: se il periodo di consegna include il mese di Agosto o le Feste Natalizie., ai tempi di consegna indicati vanno aggiunti 15 gg. (30 gg. se il periodo include entrambi i casi) .		
	NOTA 2: Tema Sinergie non accetta alcuna responsabilità per ritardi causati da compagnie di trasporto		
IMBALLO	compreso nei prezzi		
MERCE RESA	franco Vs. sede		
PAGAMENTO	Bonifico Bancario a 60 gg. data fattura		
IVA	a Vostro carico a norma di Legge		
VALIDITA' OFFERTA	90 gg. dalla data della presente		
LIMITI DELLA FORNITURA	Estensioni ed esclusioni come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura		
GARANZIA	12 mesi		
FORMAZIONE PERSONALE UTENTE	Compresa nei prezzi		
ASSISTENZA POST VENDITA	Compresa nei prezzi durante tutto il periodo di garanzia		
AGGIORNAMENTI SOFTWARE	Compresi nei prezzi durante tutto il periodo di garanzia		

Distinti saluti Antonio Lucarelli Responsabile Commerciale Radioterapia | Uro-Oncologia

Tema Sinergie S.p.A.



- i disegni di installazione (meccanici ed elettrici) - il manuale d'uso - il training al personale (se quotato) - il test di accettazione standard Tema Sinergie al termine dell'installazione (se quotata) - l'assistenza remota, senza aggravio di spesa, per i dispensatori automatici (VPN deve essere fornito dal cliente)  ESCLUSIONI DALLA FORNITURA  I seguenti punti sono esclusi dalla fornitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto fra Tema Sine il cliente:  • CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO - FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) - gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) - la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  • PORTE - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento - eventuali nicchie a parete e a soffitto - l'allacciamento alla rete elettrica
- il manuale d'uso - il training al personale (se quotato) - il test di accettazione standard Tema Sinergie al termine dell'installazione (se quotata) - l'assistenza remota, senza aggravio di spesa, per i dispensatori automatici (VPN deve essere fornito dal cliente)  ESCLUSIONI DALLA FORNITURA  I seguenti punti sono esclusi dalla fornitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto fra Tema Sine il cliente:  • CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO - FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - la verifica del percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) - gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) - la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  • PORTE - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffiito
- il test di accettazione standard Tema Sinergie al termine dell'installazione (se quotata) - l'assistenza remota, senza aggravio di spesa, per i dispensatori automatici (VPN deve essere fornito dal cliente)  I seguenti punti sono esclusi dalla fornitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto fra Tema Sine il cliente:  CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO - FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - la verifica del portorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) - gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) - la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  PORTE - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi - tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto
- l'assistenza remota, senza aggravio di spesa, per i dispensatori automatici (VPN deve essere fornito dal cliente)  I seguenti punti sono esclusi dalla fornitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto fra Tema Sine il cliente:  • CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO  - FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto  - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi  - la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione)  - gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)  - la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  • PORTE  - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi  - tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto
I seguenti punti sono esclusi dalla fornitura, se non specificatamente concordati mediante accordo scritto fra Tema Sine il cliente:  CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  PORTE la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto
il cliente:  CELLE CALDE ED EQUIPAGGIAMENTO DI LABORATORIO FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione) gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti) la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  PORTE la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto
<ul> <li>FAT, SAT, IQ, OQ, PQ, DQ ed altri certificati di test non specificatamente concordati mediante accordo scritto</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione)</li> <li>gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)</li> <li>la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione)</li> <li>gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)</li> <li>la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>la verifica dei percorsi e dei passaggi per l'inserimento dei colli (dall'esterno del laboratorio, presso il parchegg mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione)</li> <li>gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)</li> <li>la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>mezzi di trasporto, al laboratorio di destinazione)</li> <li>gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)</li> <li>la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>gli allacciamenti alla rete elettrica e gli allacciamenti alle reti dei gas tecnici (se richiesti)</li> <li>la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificio eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento</li> <li>eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>- la realizzazione di una condotta di scarico dell'aria di ventilazione delle celle dal laboratorio al tetto dell'edificic eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).</li> <li>PORTE</li> <li>- la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>- tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento</li> <li>- eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
eventuale inserimento di ventilatore aggiuntivo necessario).  • PORTE  - la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi  - tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento  - eventuali nicchie a parete e a soffitto
<ul> <li>la verifica della portata dei solai ed eventuale adeguamenti ai carichi</li> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento</li> <li>eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
<ul> <li>tutte le opere edili di predisposizione e, se necessarie, le cornici e la muratura delle guide a muro e a pavimento</li> <li>eventuali nicchie a parete e a soffitto</li> </ul>
- eventuali nicchie a parete e a soffitto
Taliacolamento alla Tete cictinoa
- le canalizzazioni per cavi
- la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie)
SISTEMI DI MONITORAGGIO
- le canaline per il posizionamento dei cavi
- la stesura dei cavi nelle canaline dedicate (di fornitura Tema Sinergie)
- la fornitura e il posizionamento dei tubi in INOX (solo per il sistema di monitoraggio dell'aria Mod.TAM STACK)
<ul> <li>IMPIANTI DI SMALTIMENTO</li> <li>la realizzazione, la sistemazione, l'impermeabilizzazione del locale di contenimento dell'impianto e la realizzazione</li> </ul>
pozzetto di raccolta delle eventuali perdite
- la sistemazione del locale misura e del locale controllo, compresi eventuali piani di appoggio e mensole
posizionamento dell'equipaggiamento e della strumentazione
- l'allacciamento alla rete idrica e alla rete elettrica, compresa la fornitura di punti di presa, nei locali sopra indicati
<ul> <li>l'allacciamento alla condotta degli scarichi controllati e alla rete fognaria</li> <li>la condotta esterna del gruppo di areazione vasche</li> </ul>
- le canalizzazioni per cavi e la stesura dei cavi (di fornitura Tema Sinergie) tra il locale "Impianto", il locale "Misu
locale "Controllo" ed ogni eventuale Rete Allarmi
- l'illuminazione dei locali sopra indicati
- la ventilazione del locale "Impianto" (anche naturale tramite griglie di ventilazione) per evitare condense
<ul> <li>eventuali basamenti per le vasche e i grigliati tra le vasche</li> <li>l'interfono, con relativa linea, tra il locale "Misure" adiacente alle vasche e il locale "Controllo" in Fisica Sanitaria</li> </ul>
- la fornitura e l'installazione delle canaline tra il locale "Vasche" ed i locali della Fisica Sanitaria
ULTERIORI ESCLUSIONI
- Nel caso in cui i tecnici Tema Sinergie non siano presenti nel sito d'installazione: il ricevimento merci, lo scaric
mezzo di trasporto, il trasporto e custodia/guardiania in apposito locale dedicato
- eventuale noleggio di gru e suo utilizzo per la movimentazione del materiale dal camion al locale d'installazione
- eventuale noleggio sul posto di mezzi di sollevamento (muletto, transpallet)
<ul> <li>eventuale apertura e chiusura tracce sul pavimento e/o sulle pareti</li> <li>montaggio e smontaggio di impalcature</li> </ul>
- ripristino di superfici verticali e orizzontali, manovalanza in genere
- rimozioni di materiali di risulta e pulizia
NSTALLAZIONE Nel caso in cui la presente offerta includa l'installazione dei prodotti nel sito d'installazione, la Tema Sinergie se ne pre
cura grazie al proprio personale o manovalanza esterna.
Il cliente sarà responsabile per:
- le condizioni di sicurezza del sito operativo di lavoro
<ul> <li>i lavori di preparazione della stanza adibita a laboratorio (corrente elettrica, finitura delle pareti e del pavimento</li> <li>l'allestimento nel sito d'installazione della connessione all'equipaggiamento Tema Sinergie (condotte di ventila.</li> </ul>
prese di corrente elettriche, tubi e linee per il gas e l'aria compressa)
N.B. Se per qualsiasi motivo non dipendente da Tema Sinergie l'installazione non verrà completata a causa di for
sbagliate da parte del cliente, o da ritardi causati da problemi presenti nel sito d'installazione, il lavoro straordinario e
nuovo intervento d'installazione sarà soggetto a quotazione aggiuntiva
Tema Sinergie garantisce le apparecchiature fornite per il periodo indicato nei TERMINI DI FORNITURA, decorrente da
data di collaudo. Durante il periodo di garanzia Tema Sinergie si impegna a riparare ogni difetto di fabbricazione o a
sostituire ogni pezzo o componente difettoso o non idoneo senza alcun onere, né per le parti di ricambio né per le spese trasporto. Sono esclusi dalla garanzia:
- i danni dovuti ad un utilizzo improprio dell'apparecchiatura
- i danni dovuti a negligenza del Cliente.
- ulteriori tarature elettriche e radiologiche
La garanzia decade in caso di:
- manomissione o tentativo di riparazione da parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte di Tema Sinergie
<ul> <li>sostituzione di pezzi con parti di ricambio non originali Tema Sinergie</li> <li>uso di kit giornalieri non forniti da Tema Sinergie (nei sistemi di frazionamento automatico in vials o siringhe)</li> </ul>
VOTE Tema Sinergie si riserva il diritto di eseguire modifiche alle attrezzature proposte senza obbligo di notifica
Il materiale illustrativo (brochures, immagini) eventualmente inviato allegato alla presente offerta è da considerare come
esempio di realizzazione e potrebbe non corrispondere rigorosamente a quanto offerto.



Cod.cli: 94

Spett.le I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSP.

VIA ELIO CHIANESI N. 53

00144 ROMA (RM)

c.a. Ing. Tonnetti

Offerta Prot.N. 7.691
Data 28 marzo 2022

Si sottopone propria migliore offerta per la fornitura di:

Codice prodotto	Descrizione	Q.tà x conf.	Q.tà richiesta	Prezzo Netto Unitario	Importo x Box
610-974	MULTI-PURPOSE WORKSTATION	1	1	8.600,00	8.600,20
639-055	ESAOTE BRACHYSTEPPER	1	1	7.400,00	7.400,11

#### Condizioni di fornitura

Data validità : 31/03/2023 0

Trasporto: SPEDIZIONE A NS.CARICO

Modalità di pagamento: BONIFICO A 60 GG (DL 192/2012)

IVA: 22SP

Addebito spese incasso: No

Eventuali ordini dovranno riportare il numero di riferimento e la data dell'offerta ed essere inviati al seguente indirizzo di posta certificata : <a href="mailto:hsordini@legalmail.it">hsordini@legalmail.it</a>

HS Hospital Service SpA Ufficio Servizi Gare e Preventivi Stefania Mariani

Distinti saluti





# Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:		
Numero Trattativa	2136313	
Descrizione	Offerta migliorativa per la fornitura di multipurpose workstation + stepper per la sonda Esaote modello TLC 3-13	
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)	
CIG	Non inserito	
CUP	Non inserito	
AMMINISTRAZIO	NE RICHIEDENTE	
Nome Ente	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA	
Codice Fiscale Ente	02153140583	
Nome Ufficio	UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI	
Indirizzo Ufficio	Via Elio Chianesi 53 00144 ROMA (RM)	
Telefono / FAX Ufficio	0652662444 / 0652665561	
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFWFGB	
Punto Ordinante	GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R	
Firmatari del Contratto	GIUSEPPE NAVANTERI / CF:NVNGPP84P23D086R	
FORN	ITORE	
Ragione o denominazione Sociale	H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A.	
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01296201005	
Codice Fiscale Operatore Economico	04742650585	
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO	
Sede Legale	VIA ZOSIMO, 13 00178 ROMA (RM)	
Telefono	069201961	
PEC Registro Imprese	MEPA@HSHOSPITALSERVICE.COM	
Tipologia impresa	Società per Azioni	
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04742650585	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/01/2007 00:00	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.IIROMA.UTROMA5@AGENZIAENTRATE.IT	



CCNL applicato / Settore	PICCOLA MEDIA INDUSTRIA - CHIMICI / FABBRICAZIONE DI MATERIALI MEDICO CHIRURGICI. RICERCA, SVILUPPO E PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI.	
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari		
BENI		
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT09C0200822008000003952289		
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MASSIMILIANO IMPROTA MPRMSM71T19F839X	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula		
DATI DELL'OFFERTA		
Identificativo univoco dell'offerta 1321321		
Offerta sottoscritta da	MASSIMILIANO IMPROTA	
Email di contatto	MEPA@HSHOSPITALSERVICE.COM	
L'offerta è irrevocabile fino al	30/06/2022 18:00	

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)			
Bando	Forniture specifiche per la Sanità		
Categoria	BENI		
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sonde e trasduttori per ecotomografi		
Quantità richiesta	1		
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO		
NOME COMMERCIALE DELLA SONDA E	MULTIPURPOSE WORKSTATION COD. 610-974 + CLASSIC STEPPER COD. 639-055		
Prezzo	15800,00000000		
Unità di misura	PEZZO		
Tipo contratto	ACQUISTO		

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA		
Modalità di definizione dell'Offerta Prezzi unitari		
Valore dell'Offerta	15.800,00 EURO	
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)		
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 12,88 (Euro)		



INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE		
Dati di Consegna	VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00100 (RM) LAZIO	
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 - PRESSO UO INFORMATICA CED ROMA - 00100 (RM) LAZIO	
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura	

# Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta:

#### QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE