

**UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 843 del 22/09/2022**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., fornitura reagenti e materiale monouso da laboratorio a diverse Società. Fondi Ministero Salute cod. IFO 18/01/R/29 x euro 4.443,85, responsabile Dr.ssa Silvia Soddu - H86C8000090005. Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 "Bandi Interni Ricerca Corrente 2022", P.I. Dr.ssa E. Petti - P.I. Dr. G. Blandino - H55F21001830001**

Esercizi/o 2022 - Conto 501010395 - 501010894    Centri/o di costo 3051150 - 3051450

- **Importo presente Atto: € 7.208,44**

- **Importo esercizio corrente: € 7.208,44**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2022/140159.2011-2022/140173.2012**

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-844-2022

**L'estensore**

**Barbara Filipponi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Gianluca Moretti**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Gianluca Moretti**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- N°6Allegati (Ordini in Bozza + Dichiarazione di Infungibilità)

***Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi***

- Visto                                      il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- Visto                                      il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista                                        la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto                                      il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto                                      l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, N. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Vista                                        la deliberazione n. 358 dell’8 maggio 2019 di approvazione del Regolamento Aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili;
- Tenuto Presente                        il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile scientifico della stessa;
- Premesso che                            con deliberazione n. 681 del 31 agosto 2018, è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero della Salute, a favore dell’Istituto Regina Elena per lo svolgimento del progetto di Ricerca dal titolo: “*Hipk2 as a prognostic biomarker in stage I and stage II colorectal cancer: validation and underlying mechanisms*”, cod. IFO 18/01/R/29, responsabile Dr.ssa Silvia Soddu;
- con nota Folium n. 15923 del 10.12.2021, del Direttore Scientifico IRE, munita di nulla Osta del Direttore Generale IFO, è stato autorizzato l’appostamento della Ricerca Corrente per l’anno 2022, medesimo importo

della Ricerca Corrente IRE 2021 definitiva, comunicata con WF 2021018136 del 30/11/2021, di cui è responsabile Direttore Scientifico IRE;

con deliberazione n.542 del 30.04.2021, è stato indetto un bando interno per il finanziamento di progetti di Ricerca in oncologia per il biennio 2021-2022;

con deliberazione n. 1177 del 22.11.21 è stato assegnato il budget relativo ai bandi interni della Ricerca Corrente IRE 2021, e ripartito come da graduatoria redatta dal Comitato Tecnico Scientifico CTS;

con deliberazione n. 387 del 12.05.2022, è stato autorizzato l'appostamento, sul finanziamento della Ricerca Corrente IRE 2022, per i seguenti progetti di Ricerca ( Bandi Interni ) in oncologia di cui sopra dal titolo:

*“Evaluation of the impact of neoadjuvant chemotherapy on Triple Negative Breast cancer heterogeneity by single-cell RNA seq”*, P.I. Dr. G. Blandino, per un importo pari a € 50.000,00;

*“Targeting R-loop-induced genomic instability in Triple Negative Breast Cancer”*, P.I. Dr.ssa E. Petti, per un importo pari a € 27.000,00;

Considerato che la Dr.ssa Silvia Soddu ed il Dr. G. Blandino, con diverse note, hanno richiesto l'acquisto di reagenti e materiale monouso da laboratorio, distribuiti in esclusiva dalla società Euroclone S.p.A. e Life Technologies Italia Fil. Life, allegando la scheda di infungibilità di cui alla citata delibera n. 358/2019 controfirmata dal Direttore Scientifico e la dichiarazione di esclusività agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

la Dr.ssa Eleonora Petti, con nota protocollo n.11774 del 09.09.2022, ha richiesto l'acquisto di reagenti non avente carattere dell'esclusività, allegando le offerte delle società distributrici dei prodotti necessari allo svolgimento del progetto di ricerca, dall'analisi dei preventivi pervenuti quello presentato dalla società Bioclarma S.r.l., risulta economicamente il più vantaggioso;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in calce alle richieste citate;

Accertata la disponibilità sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 18/01/R/29 e sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022;

Esperiti i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;

Ritenuto necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Euroclone S.p.A. € 4.443,85 Iva compresa;
- Life Technologies Italia Fil. Life € 1.239,59 Iva compresa;
- Bioclarma S.r.l. € 1.525,00 Iva compresa;

Considerato che la spesa complessiva di € 7.208,44 Iva compresa graverà sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 18/01/R/29 x € 4.443,85, responsabile Dr.ssa Silvia Soddu e sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022 “Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 2.764,59, P.I. Dr.ssa E. Petti - P.I. Dr. G. Blandino, che presentano la necessaria disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

### DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1) affidare, ai sensi dell'art.63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., i prodotti indicati nelle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alle Società:

- Euroclone S.p.A. € 4.443,85 Iva compresa;
- Life Technologies Italia Fil. Life € 1.239,59 Iva compresa;
- Bioclarma S.r.l. € 1.525,00 Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 7.208,44 Iva compresa sui Fondi Ministero Salute cod. IFO 18/01/R/29 x € 4.443,85, responsabile Dr.ssa Silvia Soddu e sui Fondi Ricerca Corrente IRE 2022

“Bandi Interni Ricerca Corrente 2022” x € 2.764,59, P.I. Dr.ssa E. Petti - P.I. Dr. G. Blandino, che presentano la necessaria disponibilità;

**cod. IFO 18/01/R/29**

- assegnato: € 410.274,86  
 - utilizzato: € 269.564,44  
 - presente atto: € 4.443,85  
 - residuo: € 136.266,57

**P.I. Dr. G. Blandino**

- assegnato: € 50.000,00  
 - utilizzato: € -----  
 - presente atto: € 1.239,59  
 - residuo: € 48.760,41

**P.I. Dr.ssa E. Petti**

- assegnato: € 27.000,00  
 - utilizzato: € -----  
 - presente atto: € 1.525,00  
 - residuo: € 25.475,00

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 3051150 – 3051450 - Conto 501010395 x € 2.764,59 – 501010894 x € 4.443,85.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Gianluca Moretti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**Nr. Ordine** S3 - 22000432 / PSAR / 020.01

**Data Ordine** 13/09/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE

VIA G.B. TIEPOLO, 18

20900 Monza (MI)

Lombardia Italy

**Telefono** 039/8389482 **FAX**

e **P.C.** DR. GIOVANNI BLANDINO

**Conto**

**Tetto-Assegnazione** null - null

**Delibera** -

**CIG** Z7837BD500

**CUP** H55F21001830001

**Note** OFFERTA N.P4788844 DEL 25.07.2022. CONSEGNA PRESSO UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA, PIANO -2.  
 PER INFORMAZIONI CONTATTARE ROBERTO.BERNARDI@IFO.IT

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** RICERCA CORRENTE IRE 2022

**Responsabile** DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

**Ente** MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102002	!) SPESE GHIACCIO SECCO	3051150	nr	1,00	48	0,00	48	48,00	22	58,5
010501101910	!) A52490 ABSOLUTE Q DNA DIGITAL PCR MIX 360UL	3051150	nr	1,00	208.8	0,00	208.8	208,80	22	254,7
010501101910	!) A52865 QS ABS Q MAP16 PLATE KIT 1EA	3051150	nr	1,00	803.52	0,00	803.52	803,52	22	980,2

**Totale Imponibile** 1.060,32  
**Totale IVA** 233,27  
**Totale** 1.293,59

IL COMPILATORE  
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC

<b>MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>		<b>IRE</b>  <b>ISG</b>
N.Richiesta	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
(Spazio Riservato)		
Data	02/09/2022	
Dipartimento		
U.O. / Servizio richiedente	UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA	

**A) INFORMAZIONI SANITARIE**

**Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:**

Nel dettaglio, il prodotto cod. A52490 è una master mix pre-formulata che presenta al suo interno tutti i reagenti (dNTPs, Taq pol, tampone salini e glicerolo) necessari per la corretta performance dei saggi utilizzati nel sistema sopra citato. Tale prodotto non è sostituibile con nessun'altra MMX presente sul mercato in quanto la sua formulazione, con reagenti proprietari non dichiarati, consente la deposizione ottimale del template (DNA, cDNA o altro) nei nano pozzetti della plate dPCR grazie ad una differente densità rispetto alla soluzione campione da analizzare. Altre MMX, ivi inclusa la precedente dedicata ad una strumentazione dPCR di generazione precedente, non consentirebbero la caduta per gravità dell'input e quindi invaliderebbero i vantaggi della metodica rispetto ad una qualunque altra reazione di PCR (es. qRT-PCR). Se ne richiede pertanto l'acquisto per far fronte a tutte le necessità sperimentali del laboratorio.

Il prodotto cod. A52865 rappresenta delle plate di reazione multipozzetto (16 well) appositamente designate per il caricamento dei campioni nel sistema microfluidico dello strumento in questione. In particolare, tali plate presentano alle estremità dei capillari sopraelevati al cui interno viene adagiato il campione da esaminare. Questi capillari vengono successivamente ricoperti con tappi di materiale plastico sui quali viene applicata una pressione attraverso uno stampo magnetico analogo presente nella macchina. La pressione consente di veicolare il fluido all'interno dei nano-pozzetti della plate e quindi di svolgerne l'analisi. Non è possibile sostituire tale prodotto con nessun altro poiché la geometria della plastica non è replicata in nessun altro prodotto presente sul mercato.

**Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:**

Tali prodotti sono distribuiti in esclusiva come si evince dalla dichiarazione di unicità allegata e sono stati selezionati perché presentano caratteristiche di unicità e compatibilità con lo strumento QuantStudio Absolute Q (dPCR) in uso nel nostro laboratorio.

**B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE**

Codice di repertorio nazionale: VARI

Produttore: THERMOFISHER

Fabbisogno presunto in UM: NON QUANTIFICABILE

Spesa presunta (IVA esclusa): NON QUANTIFICABILE

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

**C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'**

Il sottoscritto, consapevole delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura.

Timbro/firma Ricercatore Richiedente  
  
 UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA  
 Dr. Giovanni Blandino  
 Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

Timbro/firma Direttore Scientifico

**D) Valutazione Direzione Scientifica :**



Massima urgenza  
 Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile

**IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.**  
 (Prof. Gennaro Ciliberto)

**Nr. Ordine** S3 - 22000431 / PSAR / 020.01

**Data Ordine** 13/09/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** BIOCLARMA SRL

VIA O. MORGARI N.23

10125 Torino (TO)

Piemonte Italy

**Telefono** 011/6706446; **FAX** 011/6708416

**e P.C.** DR.SSA PETTI - DR.SSA BIROCCIO

**Conto**

**Tetto-Assegnazione** null - null

**Delibera** -

**CIG** ZA537BD462

**CUP** H55F21001830001

**Note** OFFERTA N. 46/22 DEL 30.08.2022. CONSEGNA PRESSO NUOVI LABORATORI DI RICERCA, UOC RICERCA TRASLAZIONALE ONCOLOGICA, PIANO -2. PER INFORMAZIONI CONTATTARE ADELE.PETRICCA@IFO.IT

**Consegna merce presso:**

Farmacia IRE-ISG

Farmacia - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:00 e le ore 13:00

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** RICERCA CORRENTE IRE 2022

**Responsabile** DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

**Ente** MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
010500102002	!) SPESE TRASPORTO	3051150	nr	1,00	30	0,00	30	30,00	22	36,6
010500102002	!) F3012 CENT-ALEXA488 5NMOL	3051150	nr	1,00	610	0,00	610	610,00	22	744,2
010500102002	!) F1008 TELG-ALEXA488 5NMOL	3051150	nr	1,00	610	0,00	610	610,00	22	744,2

**Totale Imponibile** 1.250,00

**Totale IVA** 275,00

**Totale** 1.525,00

IL COMPILATORE  
BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine S3 - 22000430 / PSAR / 030.02

Data Ordine 12/09/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta EUROCLONE S.P.A.

VIA FIGINO 20 22

20016 Pero (MI)

Lombardia Italy

Telefono 02/381951 FAX 02/33913713

e P.C. DR.SSA SILVIA SODDU

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -  
**CIG** ZE637B8DA9 **CUP** H86C18000090005  
**Note** OFFERTA N. 417955/2022 DEL 24.08.2022. CONSEGNA PRESSO LABORATORI AREA DIP. E FUNZ. DI RICERCA  
 TRASLAZIONALE, PIANO -2. PER INFORMAZIONI CONTATTARE SILVIA.SODDU@IFO.IT

**Consegna merce presso:**

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene  
 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** 18/01/R/29

**Responsabile** DR.SSA SILVIA SODDU

**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
020800001067 ECPCR0500	ECPCR0500 PRIMO TRANSPARENT ADHESIVE PCR SEAL	3051450	nr	1,00	123.7	0,00	123.7	123,70	22	150,91
020800102002	BM3003E NEB MODIF. LUNA UNIVERSAL QPCR MASTER MIX 2500RXNS	3051450	nr	3,00	1098	0,00	1098	3.294,00	22	4.018,68
020800102002	GR846070 PLATE CENTRIFUGE EU PLUG. - SCONTO MERCE	3051450	nr	1,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00
020800102002	ECPCR0208F PRIMO 0.2ML, 8TUBES/STRIP. CLEAR WELLS	3051450	nr	2,00	112.4	0,00	112.4	224,80	22	274,26
020800102002	BT0400S NEB MODIF. NEB COOL 1EA - SCONTO MERCE	3051450	nr	1,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00

**Totale Imponibile** 3.642,50  
**Totale IVA** 801,35  
**Totale** 4.443,85

IL COMPILATORE  
 BARBARA.FILIPPONI

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
 DIRETTORE DELLA UOC

N.Richiesta	<b>MODULO DI RICHIESTA DISPOSITIVI MEDICI PER LA RICERCA SCIENTIFICA</b>	
(Spazio Riservato)	Valido per acquisizione di dispositivo medico, presidio medico chirurgico, dispositivo diagnostico, prodotto diagnostico IVR e DPI infungibile	
Data	07/09/2022	
Dipartimento	Dipartimento di Ricerca, Diagnostica avanzata e Innovazione tecnologica	
U.O. / Servizio richiedente	UOSD Network Cellulari e Bersagli Terapeutici Molecolari	

### A) INFORMAZIONI SANITARIE

**Tipologia, descrizione e caratteristiche tecniche del dispositivo:**

reagenti per applicazioni di biologia molecolare (real Time PCR);

-----

-----

-----

**Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostica e di risultato che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:**

I reagenti per real time PCR e della ditta Euroclone sono stati adottati dal nostro gruppo per la loro eccellente affidabilità ed efficienza ed assicurano una riproducibilità sperimentale non ottenibile con altri prodotti analoghi presenti sul mercato.

-----

-----

-----

### B) INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Codice di repertorio nazionale: -----

Produttore: -----

Fabbisogno presunto in UM:

Spesa presunta (IVA esclusa):

Durata proposta del contratto di fornitura:

Informazioni aggiuntive:

### C) DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti, consapevoli delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare e amministrativo-contabile in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee, dichiarano che, per le indicazioni cliniche sopra specificate, non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali. A tal fine dichiarano che il prodotto richiesto:

- il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti (non apparecchiature), è necessario per ultimare ultimare esperimenti ricompresi in un progetto di ricerca in corso (avviato da almeno 60 gg.), ed il ricercatore ha dichiarato che il cambio di prodotto renderebbe necessario ripetere test già effettuati in precedenza, in quantità tali da compromettere i tempi previsti per la sperimentazione.
- la ricerca appartiene ad una rete coinvolgente, oltre agli IFO, altri centri di ricerca (progetto multicentro), ed il direttore/responsabile del "progetto rete" ha dichiarato esplicitamente che ciascun centro di ricerca deve necessariamente dotarsi di un particolare prodotto commercializzato da determinato unico operatore economico, al fine di non compromettere le finalità della ricerca.
- il prodotto è stato già utilizzato dall'Istituto o in altri centri nell'ambito di progetti di ricerca analoghi a quello per il quale se ne richiede l'acquisto e, quindi, considerato necessario ai fini della comparabilità dei risultati.
- la ricerca preveda necessariamente l'utilizzo di un'apparecchiatura (già stabilmente di proprietà degli IFO) ed il prodotto, consistente in materiale di consumo o reagenti da utilizzare con l'apparecchiatura in questione, debba essere necessariamente fornito da un unico operatore economico determinato in quanto il produttore dell'apparecchiatura ha certificato sul manuale d'uso che tale prodotto è l'unico compatibile con l'apparecchiatura

Timbro/firma Ricercatore Richiedente

*Sc. Silvia Sodi*  
Responsabile (UOS)  
Dipartimento di Biologia Molecolare

Timbro/firma Responsabile Ricerca (P.I.)

*Sc. Sodi*

Timbro/firma Direttore Scientifico

D) Valutazione Direzione Scientifica :

*G. Ciliberto*  
IL DIRETTORE SCIENTIFICO I.R.E.  
(Prof. Gennaro Ciliberto)

Massima urgenza

Priorità piano acquisti anno

Urgente

Non urgente

Programmabile