

**UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici**

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 1113 del 29/11/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.  
36/2023, ALLA SOCIETÀ ARJO ITALIA SPA DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA IN  
FORMULA DI REPAIR-EXCHANGE DELLA LAVAPADELLE MARCA ARJO MODELLO  
KULIMAT INSTALLATA PRESSO L'UOC ORTOPIEDIA DEGLI IFO – CIG: Z093D661B8**

Esercizi/o e conto 2023 101020501    Centri/o di costo 30 10 400

- **Importo presente Atto: € 7.538,33**

- **Importo esercizio corrente: € 7.538,33**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2023/2306**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici    Proposta n° DT-1127-2023

**L'estensore**

**Andrea Bazzoffi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eugenia Papaleo**

**Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-  
nologie e Sistemi Informatici**

**Giuseppe Navanteri**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

allegato

***Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici***

- Visto            il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto            il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista            la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto            il D.Lgs n.36 del 31 marzo 2023 s.m.i., avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Visto            l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21.1.2021 e n. 380 del 25.3.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Visto            il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri”;
- Vista            la deliberazione n. 1123 del 21/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;
- Vista            le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Considerato che con Deliberazione n. 689 del 19 giugno 2020, in adesione al Lotto 1 della gara aggiudicata dalla Regione Lazio, è stato affidato all'ATI HC Hospital Consulting Spa - GE Medical System Italia Spa - Philips Spa il servizio di gestione integrata e manutenzione delle apparecchiature sanitarie e scientifiche di bassa e media tecnologia degli IFO;
- Premesso che a seguito di richiesta d'intervento nei confronti dell'ATI suddetta sulla lavapadelle modello KULIMAT installata presso l'UOC Ortopedia, la società produttrice interpellata ne ha dichiarato il fuori supporto e l'impossibilità della riparazione e, conseguentemente, la stessa ATI ne ha proposto la dismissione (Allegato 1 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);
- Dato atto che la Direzione Medica IFO ha chiesto di provvedere con la massima urgenza alla richiesta di sostituzione della lavapadelle formulata dall'UOC Ortopedia, in data 2.11.2023, in quanto indispensabile per le attività del reparto anche al fine della prevenzione e del contenimento delle infezioni tra i degenti;
- Preso atto che la scrivente UOSD ha quindi richiesto alla casa produttrice Arjo Italia spa un preventivo per la sostituzione in reappear-exchange della lavapadelle da dismettere;
- Dato atto che in data 06.11.2023 la società Arjo Italia spa ha inviato il preventivo richiesto riportato quale Allegato 2 alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- che questa UOSD, tra i modelli riportati nel preventivo, ritiene tecnologicamente adeguato ed equivalente a quello da dismettere il modello Tornado che viene fornito in reappear-exchange per un importo pari ad € 6.178,96 iva esclusa (comprensivo di tecnologia e installazione);
- Valutato che la sostituzione in reappear-exchange risulta più conveniente per questo Ente a fronte dell'acquisto che, per i motivi sopra esposti, risulta comunque necessario;
- Ravvisato che l'importo del presente appalto rientra tra i limiti previsti dall'art. 50 comma 1 lett.b del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'“*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura*”

*ra e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ...”;*

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. L. vo 36/2023 alla società Arjo Italia spa la manutenzione correttiva nella formula di repair-exchange della lavapadelle marca Arjo modello KULIMAT installata presso l'UOC Ortopedia degli IFO;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 6.178,96 iva esclusa (pari a € 7.538,33 iva inclusa) trova copertura sul conto economico 101020501 dell'esercizio finanziario 2023 - CIG Z093D661B8:

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

### **Determina**

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. L. vo 36/2023 e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla società Arjo Italia spa la manutenzione correttiva nella formula di repair-exchange della lavapadelle marca Arjo modello KULIMAT installata presso l'UOC Ortopedia degli IFO;
- Registrare la spesa complessiva di € 6.178,96 iva esclusa (pari a € 7.538,33 iva inclusa) sul conto economico 101020501 dell'esercizio finanziario 2023 - CIG Z093D661B8;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-  
formatici

**Giuseppe Navanteri**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Prot. 098\_23  
Roma, 27/10/2023

Spett.le **IRCCS IFO**

Al Sig. Andrea Bazzoffi  
UOSD Ing. Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

e.p.c. Al DEC  
Ing. A. Tonnetti  
UOSD Ing. Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici

**Oggetto: Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali - Proposta di dismissione:  
Lavapadelle Kulimat c/o UOC Ortopedia**

Gentilissimi, in merito alle apparecchiature di seguito descritte:

INVENTARIO	APPARECCHIATURA	MARCA	MODELLO	S/N	UBICAZIONE
0001857	LAVAPADELLE	ARJO	KULIMAT	500561	<b>UOC Ortopedia</b>

È stata aperta una richiesta di intervento, 23-000001540, per mancata esecuzione del ciclo di lavaggio.

In sede di primo intervento per valutazione del guasto è stato riscontrato il malfunzionamento della pompa e del collettore acqua, prontamente richiesti a casa madre.


La stessa casa madre, come da comunicazione che ad ogni buon fine si allega, non è più in condizioni di fornire ricambi ed assistenza sull'apparecchiatura a causa dell'obsolescenza della stessa.

Pertanto, se ne propone la relativa dismissione (così come previsto dall'Art. 2.9 del Capitolato Tecnico).

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

**ATI HC - GE - PHILIPS**  
**Ing. Carmen Commiso**



Spett.Le  
GE Medical Systems Italia S.p.A  
Via Galeno, 36 | 20126 Milano

Roma 2023

**Oggetto: Comunicazione irreperibilità ricambi per attrezzatura Lavapadelle Arjo  
mod. KULIMAT s/n: 500561 c/o IFO - UOC Ortopedia.**


Gent.le cliente,

a seguito della Vs. richiesta mail del 11/09/2023, con la presente siamo ad informarVi che il Lavapadelle Arjo mod. KULIMAT s/n: 96106 è fuori supporto tecnico essendo uscito fuori produzione più di 10 anni.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per consigliarvi al meglio nell'eventuale sostituzione del prodotto.

Cordiali saluti

Arjo Italia spa

  
Marco Basile  
Legale Rappresentante  
Arjo Italia spa

**Arjo Italia SpA**

Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma  
Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223  
E-mail: Ufficio\_Gare@arjo.com - www.arjo.com  
PEC: amministrazionearjochuntleigh@legalmail.it  
Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.  
C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A. 798403 - Reg.Trib.Soc. n° 5924/94  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT300010050160000000007738 - BIC: BNLITRRXXX  
Azienda con Sistema di Gestione di Qualità Certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485  
Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Arjo AB

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATI

**CQY**  
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI CEI EN ISO 13485:2016

**Preventivo Vendita**  
 n. ARJ-02408-2023 del 06/11/2023 pagina 1 di 2

**ID SF:**

**Account Manager:**

Ilaria Torricella  
 ilaria.torricella@arjo.com  
 +39 3499367421

**Spett.le**

Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
 Via Chianesi Elio, 53  
 00144 Roma (RM)  
 Codice: IT007918

**Consegna a**

Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
 Via Chianesi Elio, 53  
 00144 Roma (RM)

Gentile cliente,  
 sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione, la nostra migliore offerta per le attrezzature Arjo di Vs. interesse.

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale (iva esclusa)	Iva	Prezzo Totale (iva inclusa)
FA0A013KAIT1	Lavapadelle Ninjo LTC, camera lavaggio in polimero	1	€ 4.264,17	€ 4.264,17	22%	€ 5.202,29
SPINST120	Installazione IN ALTERNATIVA	1	€ 150,00	€ 150,00	22%	€ 183,00
FA3M031010AI T1	Lavapadelle Tornado ap.man.,cam.lav.acc.,polim.,fan cool,HEPA,pompa det.	1	€ 6.028,96	€ 6.028,96	22%	€ 7.355,33
SPINST120	Installazione IN ALTERNATIVA	1	€ 150,00	€ 150,00	22%	€ 183,00
SA3C01A00HIT 1	Lavapadelle Typhoon ap.autom.scorr.e cestello rotante autom.e pompa detergente	1	€ 7.236,88	€ 7.236,88	22%	€ 8.828,99
SPINST120	Installazione	1	€ 150,00	€ 150,00	22%	€ 183,00
DLV GOLD	Spedizione GOLD (data ed ora imposta)	1	€ 150,00	€ 150,00	22%	€ 183,00

**Arjo Italia SpA**

Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma  
 Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223  
 E-mail: Ufficio.Gara@arjo.com - www.arjo.com  
 PEC: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it  
 Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.  
 C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A 798403 - Reg.Trib.Soc. n° 5924/94  
 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT300010050160000000007738 - BIC: BNLIITRRXXX  
 Azienda con Sistema di Gestione di Qualità Certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485  
 Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Arjo AB





**Preventivo Vendita**  
n. ARJ-02408-2023 del 06/11/2023 pagina 2 di 2

**ID SF:**

**Account Manager:**

Ilaria Torricella

ilaria.torricella@arjo.com

+39 3499367421

**CONDIZIONI DI FORNITURA:**

**Pagamento:** Da definire in fase d'ordine  
**Banca:** BNL - Iban: IT3000100501600000000007738  
**Imballo e trasporto:** incluso nel prezzo

**Consegna stimata:** 10 gg per i corsetti, 30 gg per le attrezzature, 150 gg per le vasche da confermare in caso d'ordine

**Garanzia:** 12 mesi data collaudo, salvo estensioni aggiuntive  
**Resa:** porto franco

**Validità offerta:** 30/11/2023

**Note:**

- **Supplemento Costi di Trasporto:** per tutti gli ordini (sia prodotti finiti che parti di ricambio) inferiori a 1.500€ complessivi verrà applicato automaticamente un costo di spedizione forfettario di 20€.
- **I termini di pagamento accordati in fase di offerta sono da intendersi provvisori.** Gli stessi dovranno essere confermati da Arjo Italia S.p.A. dopo opportune verifiche creditizie in fase di conferma dell'ordine.
- **Arjo si riserva di applicare una penale del 1% sul valore dell'ordine (importo minimo di 200€) qualora, una volta accordata la data di consegna a mezzo mail, per tutti i ritardi di spedizione richiesti dal cliente oltre 15gg solari rispetto alla data di consegna prevista e concordata.**
- Qualora non sia espressamente indicato, dalle nostre quotazioni, sono sempre escluse tutte le opere murarie, elettriche, idrauliche ecc., di predisposizione e allacciamento delle attrezzature proposte;
- Per attrezzature che richiedono installazione, Vi preghiamo in fase di ordine di indicare il referente e il nr. di fax/mail al quale poter inviare gli schemi;
- La garanzia copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire tutti i guasti, anomalie e danni determinati da difetti di fabbricazione del prodotto che si manifestano nel periodo di garanzia offerta (e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di consegna), con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti (ad es. dovuti all'uso, a mancata o cattiva manutenzione, a sostituzione di pezzi di ricambio non originali, a dolo, ecc.). Sono inoltre esclusi dal periodo di garanzia tutti i consumabili riferiti al prodotto offerto;
- E' possibile usufruire dell'aliquota iva al 4% per tutti gli ausili acquistati per il solo "impiego diretto da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti" e dietro presentazione in fase di ordine, di idonea documentazione a comprova.
- Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30  
Telefono: 06 87426211

**Arjo Italia Spa**  
Alessandro Pastore  
Commercial Director Italy  
*Alessandro Pastore*

**Data, timbro e firma per accettazione**

**Arjo Italia SpA**

Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma  
Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223  
E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com - www.arjo.com  
PEC: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it  
Cap. Soc. € 520.000,00 i.v.  
C.F. 05503160011 - P.IVA 04749361004 - C.C.I.A.A 798403 - Reg.Trib Soc. n° 5924/94  
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - IBAN: IT3000100501600000000007738 - BIC: BNLIITRRXXX  
Azienda con Sistema di Gestione di Qualità Certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485  
Iscrizione registro pile ed accumulatori n. 727/2009  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Arjo AB