

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 32 del 31/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRA CANONE SULLE APPARECCHIATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE DEGLI ISTITUTI, ESEGUITE DALLA RTI HC HOSPITAL CONSULTING SPA – GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – PHILIPS SPA. NEL PERIODO 01 OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2023. CIG: 8402914000.

Esercizi/o e conto 2023 503030101 Centri/o di costo 3031500

- **Importo presente Atto: € 2.945,52**

- **Importo esercizio corrente: € 0,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/821 ex 16730.25

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-5-2024

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.
- Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.p.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
- Considerato che con Delibera n.612 del 20 maggio 2020 è stata aggiudicata alla RTI Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa la gara centralizzata della Regione Lazio finalizzata all’acquisizione del Servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle aziende sanitarie della Regione Lazio per un periodo di 5 anni a far data dal 1 luglio 2020;
- Considerato che con Delibera n.918 del 25 agosto 2020 è stato affidato alla RTI Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa il servizio di gestione delle manutenzioni correttive extra canone;

Preso atto

che nel trimestre dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 sono pervenute alla scrivente Unità le seguenti richieste di manutenzioni correttive in regime di extra canone:

- Apparecchiature elettromedicali – S.A.F.U. - importo pari ad € 2.414,36 + iva 22% per complessivi € 2.945,52;

Attestato che la verifica di congruità economica è stata effettuata dalla UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Servizi Informatici, secondo i criteri espressi nel richiamato Art. 2.3.3 del Capitolato e sulla base della relativa documentazione, che in ragione della cospicuità non è allegata al presente procedimento, ma è custodita agli atti della proponente UOSD;

Valutato

dalla proponente Unità che gli interventi di cui sopra sono indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione della prestazione sanitaria;

Considerato che gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti dalla RTI Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa a seguito di presentazione di regolari preventivi, di volta in volta valutati tecnicamente ed economicamente congrui e quindi autorizzati dalla proponente Unità, mediante gli ordini di servizio allegati in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

- **o.d.s. n.24 del 20/12/2023;**

per un importo complessivo pari ad € 2.414,36 + iva 22% = € 2.945,52;

Tenuto presente che le attività di cui ai richiamati ordini di servizio sono state concluse e collaudate nella loro totalità nel mese di competenza della presente deliberazione e di conseguenza possono essere riconosciute alla stessa Società solo in seguito al collaudo effettuato;

Tenuto presente che la complessiva spesa di € 2.945,52 iva compresa, graverà sull'impegno di spesa n.2023/161730.25 autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

Considerato che la spesa di € 2.945,52 iva compresa sul conto 5.03.03.01.01;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

A) approvare il consuntivo delle attività di manutenzione correttiva extra canone sulle apparecchiature sanitarie e scientifiche degli Istituti, eseguite dalla Società RTI HC Hospital Consulting spa – GE Medical Systems Italia spa – Philips spa nel periodo 01 ottobre/ 31 dicembre 2023 per importo complessivo pari ad € 2.414,36 + iva 22% = € 2.945,52;

B) addebitare l'importo di € 2.945,52 iva compresa sul conto iscritto al Co.Ge. 5.03.03.01.01, sui centri di costo di seguito indicati:

C)

<i>importo</i>	<i>oggetto</i>	<i>Centro di costo</i>
€ 2.945,52	S.A.F.U.	30 51 500

La complessiva spesa di € 2.945,52 iva compresa grava sull'impegno di spesa n. 2023/161730.25 autorizzato con la deliberazione n.918/2020;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

U.O.S.D. Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Spett.le RTI HC Hospital Consulting –
Philips – Ge Medical Systems

globalservice@ifo.gov.it
Ing. Carmen Comisso

**OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria correttiva su apparecchiature non ricompresi nei canoni contrattuali, sia forfetari sia a misura con costi non predefiniti.
Ordine di Servizio n°24 del 20/12/2023**

Il sottoscritto RUP Ing. Giuseppe Navaneri preso atto delle richieste di intervento di seguito elencate:

- Prot.110/2023 del 20/12/2023
- Reparto: S.A.F.U.
- Descrizione apparecchiature elettromedicali
- Esecutore: RTI HC Hospital Consulting – Philips – Ge Medical Systems;
Importo: € 2.414,36;

Valutata la necessità e l'urgenza di dover procedere con l'autorizzazione delle suddette richieste al fine di non creare disservizi, ritardi o sospensioni alle specifiche attività assistenziali; Considerato che l'importo *totale degli interventi sopra elencati pari ad € 2.414,36 + IVA 22% (€ 531,16) = € 2.945,52;*

ORDINA

a Codesta Società RTI HC Hospital Consulting – Philips – Ge Medical Systems di procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra (importo totale pari ad € 2.945,52 IVA inclusa) e di darne pronto riscontro allo scrivente Servizio.

In relazione a quanto sopra, lo scrivente dichiara quanto segue:

- Che le prestazioni richieste non sono ricomprese tra quelle previste nei singoli canoni forfetari o a misura;
- Che le stesse non sono dovute ad inadempienze pregresse della RTI HC Hospital Consulting – Philips – Ge Medical System assuntrice delle attività di manutenzione di che trattasi;
- Che la spesa rientra nel budget assegnato con delibera n.918 del 25/08/2020;
- Che il prezzo delle prestazioni richieste, al di fuori dei canoni forfetari o a misura, è congruo e conveniente per l'Amministrazione;



- Che gli interventi richiesti risultano essere urgenti ed obbligatori, per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature elettromedicali.

Si precisa che gli interventi in oggetto sono rientranti nella manutenzione ordinaria correttiva intesa ai sensi della UNI 11063:2003/4.1 e UNI EN 15341:2007 “si intende con manutenzione ordinaria: l’insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l’insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorare le prestazioni”.

Il D.E.C.
(Ing. Alessia Tonnetti)

Il R.U.P.
(Ing. Giuseppe Navaneri)

ALLEGATI:

- Richieste autorizzazione spesa extracontratto della RTI HC Hospital Consulting – Philips – Ge Medical Systems :
 - Prot.n°110/2023;

Prot.110_23_IFO
Roma, 20/12/2023

Spett.le IRCCS IFO

U.O.S.D. Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Al RUP Servizio Gestione Elettromedicali
Ing. G. Navanteri

Al DEC Servizio Gestione Elettromedicali
Ing. A. Tonnetti

Oggetto: Servizio di Gestione delle apparecchiature elettromedicali- Offerta di fornitura materiale escluso (art. 2.3 e sub allegato 3 del Capitolato Tecnico) per esecuzione attività di manutenzione preventiva presso S.A.F.U.

Gentilissimi, in relazione a quanto in oggetto e con specifico riferimento all'offerta di sostituzione filtri Prot. W2312093 del 06/12/2023 e successive integrazioni, come da vostra esplicita richiesta la presente per trasmettere il preventivo di spesa relativo all'approvvigionamento del materiale necessario per l'esecuzione dell'attività manutentiva programmata presso il solo reparto S.A.F.U.

Riporto di seguito un breve riepilogo

0007740	S.A.F.U.	APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE AMBIENTI	TECNIPLAST SPA	FILTRO HEPA	€ 621.40
0007741	S.A.F.U.	APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE AMBIENTI	TECNIPLAST SPA	FILTRO HEPA	€ 621.40
0007742	S.A.F.U.	APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE AMBIENTI	TECNIPLAST SPA	FILTRO HEPA	€ 621.40
0007744	S.A.F.U.	APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE AMBIENTI	ALLEN TOWN- EFS 120	FILTRO HEPA	€ 550.16

Tab.1: elenco apparecchiature

L'offerta riguarda le cappe del reparto, le quali montano 2 filtri HEPA ciascuna, per una spesa totale su apparecchio come riportato sull'ultima colonna della Tabella 1, il totale dell'inter fornitura risulta quindi:

€ 2,414.36. senza IVA

Restiamo in attesa di una Vs. gentile conferma per poter procedere alla sostituzione. Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento eventuale ed in attesa di un gentile riscontro, si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

ATI HC - GE - PHILIPS
Ing. Carmen Comisso

