IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 417 del 16/04/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA SOCIETÀ GM MEDICA SRL DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI E TERMO-DISINFEZIONE PER IL PRELAVAGGIO DI STRUMENTI MICROCHIRURGICI DA INSTALLARE PRESSO LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEGLI IFO. CIG: B66EEDEE0E

Esercizi/o e conto 2025 - Centri/o di costo 30 11 170

- Importo presente Atto: € 54.290,00

- Importo esercizio corrente: € 54.290,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2025/ SIST INF 25

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-435-2025

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*";

Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Viste le deliberazioni n. 263 del 18 marzo 2025 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Giovanna Evangelista quale Direttore Amministrativo f.f. e la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

Tenuto conto che, presso il Blocco Operatorio degli IFO sono presenti n. 4 robot chirurgici a marchio Da Vinci di cui 3 modello Xi e n.1 modello Single Port;

Ritenuto che a fronte dell'elevato numero di procedure robotiche eseguite presso gli IFO che, nel 2024 risultano superiori ai 1700 interventi, risulta necessario dotare la Centrale di sterilizzazione di un sistema di pre-lavaggio e termo disinfezione che consenta un più rapido ed efficiente riprocessamento delle ottiche robotiche;

Considerato che è stata richiesta alla società Ab Medica la visione del sistema di lavaggio ad ultrasuoni modello "Trison" da loro fornito e certificato per il lavaggio delle ottiche robotiche in dotazione presso gli IFO;

Tenuto conto che durante il periodo di visione, seppur riconoscendo la validità della tecnologia, sono state rilevate delle imperfezioni nella progettazione del sistema che hanno fatto registrare diversi fermi macchina;

Considerato che è stata svolta un'informale indagine di mercato per valutare tecnologie alternative presenti nel mercato in grado tra l'altro, di processare le ottiche robotiche del sistema Single Port che presentano una lunghezza superiore rispetto a quelle del robot Xi.

Tenuto conto che è stata identificata la tecnologia a marchio Steelco in quanto idonea alle esigenze sopra rappresentate e dotata di un sistema di asciugatura delle ottiche che garantisce

quindi una maggior precisione rispetto al passaggio manuale nonché un'ottimizzazione delle tempistiche di riprocessamento;

Considerato che, al fine di valutare nella maniera più completa il sistema è stato organizzato un confronto tecnico con la centrale di sterilizzazione dell'ospedale S. Maria della Scaletta di Imola che da anni utilizza il sistema ad ultrasuoni;

Tenuto conto che il sistema ad ultrasuoni della società Steelco è stato valutato positivamente dal Coordinatore della Centrale di sterilizzazione;

Verificato che, il sistema è certificato per il trattamento delle ottiche robotiche di entrambi i modelli installati in IFO e che, rispetto al sistema offerto dalla società Ab Medica, il sistema risulta conveniente anche dal punto di vista economico;

Tenuto conto che nel bilancio preventivo degli acquisti per l'anno 2025 è stato inserito l'acquisto di una piattaforma elettrobisturi da destinare alla UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva degli IFO;

Ravvisato che l'importo del presente appalto rientra tra i limiti previsti dall'art. 50 comma 1 lett.b del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che "*le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

Ritenuto che la scrivente UOSD ha quindi avviato sul portale MEPA la trattativa n. 5231057 con la società GM Medica Srl, fornitrice dei sistemi Steelco nel Lazio, con oggetto "offerta per dispositivo di lavaggio ad ultrasuoni e termo-disinfezione per il trattamento di strumenti microchirurgici complessi - Tecnologia Steelco di Flussaggio Attivo" con una base d'asta pari ad € 45.900,00;

Tenuto Conto che entro la data stabilita per il termine di presentazione delle offerte la società GM Medica Srl ha inviato l'offerta richiesta, come da offerta economica conservata agli atti della scrivente UOSD, ad un costo totale pari ad € 44.500,00;

Considerato che l'importo risulta congruo ed in linea con analoghi affidamenti eseguiti da pubbliche amministrazioni.

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. L. vo 36/2023 alla società GM Medica Srl la fornitura di un sistema di lavaggio ad ultrasuoni e termo-disinfezione per il prelavaggio di strumenti microchirurgici da installare presso la Centrale di Sterilizzazione degli IFO;

Considerato che la complessiva spesa di € 44.500,00 oltre iva al 22% cioè pari ad € 54.290,00 iva compresa, grava sul conto economico di bilancio n. 10.10.20.501 dell'esercizio finanziario 2025;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla società GM Medica Srl la fornitura di un sistema di lavaggio ad ultrasuoni e termo-disinfezione per il prelavaggio di strumenti microchirurgici da installare presso la Centrale di Sterilizzazione degli IFO. CIG: B66EEDEE0E;

- Registrare la complessiva spesa di € 44.500,00 oltre iva al 22% cioè pari ad € 54.290,00 iva compresa, sul conto economico di bilancio n. 10.10.20.501 dell'esercizio finanziario 2025;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate