

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

**Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 708 del 22/07/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. L. VO 36/2023 ALLA SOCIETA' PENTAX ITALIA SRL LA MANUTENZIONE CORRETTIVA EXTRACANONE SUL VIDEO ECOENDOSCOPIO MOD. EB19J10U IN USO PRESSO LA UOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UOC TORACICA DEGLI IFO – CIG: B7916BFB1E

Esercizi/o e conto 2025 503030101 Centri/o di costo 30 30 200

- **Importo presente Atto: € 5.832,82**

- **Importo esercizio corrente: € 5.832,82**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/1 SIST INF

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-695-2025

L'estensore

Andrea Bazzoffi

Il Responsabile del Procedimento

Alessia Tonnetti

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
allegato

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto “Commissariamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: “Nomina del Commissario straordinario dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Naziona-

le Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano (ISG);

Vista la deliberazione n. 446 del 27 maggio 2024 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo degli IFO;

Premesso che presso gli IFO è installato un sistema di eco endoscopia EUS EBUS a marchio Pentax per l’esecuzione di procedure mininvasive per la diagnosi e la stadiazione di tumori a carico dell’apparato bronchiale e gastrointestinale non eseguibili con altra tecnica a bassa invasività;

Premesso che con Delibera n. 689 del 19/06/2020, tramite adesione a Gara Regionale, è stato affidato alla RTI H.C. Hospital Consulting S.p.A. – GE Medical Systems Italia S.p.A. – Philips S.p.A il servizio integrato di gestione tecnica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie degli IFO, ad esclusione di quelle ad alta tecnologia di cui trattasi, per il periodo 01 luglio 2020 – 30 giugno 2025;

Considerato che, considerata la peculiarità del sistema e la rilevanza dei trattamenti erogati, la scrivente UOSD ha affidato alla società Pentax srl, produttrice del sistema, la manutenzione full risk sulle sonde eco-videoendoscopiche;

Considerato che in data 12 maggio 2025 il reparto ha inviato una richiesta d’intervento sul Video Ecobroncoscopio in quanto lo stesso presentava una perdita rilevata dal test di tenuta;

Dato atto che la società Pentax e in virtù del contratto in essere, nelle more della definizione del danno, si è resa disponibile ad inviare un’apparecchiatura sostitutiva al fine di non interrompere le attività clinico diagnostiche del reparto interessato;

Considerato che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l’interruzione di pubblico servizio;

- Rilevato** che, a seguito della verifica eseguita dai tecnici della società Pentax, si riscontrava l'infiltrazione della connessione Video, Scheda PCB e PIN causa perdita dal canale bioptico e che pertanto i danni riscontrati non rientrano nelle condizioni del contratto in essere come riportato nella relazione tecnica che si riporta in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- Preso atto** che la società Pentax ha inviato un preventivo di spesa per la riparazione extracano- ne, agli atti della scrivente UOSD, per un importo pari ad € 4.781,00 oltre oneri di legge;
- Valutato** che l'importo risulta congruo e coerente con quelli riconosciuti per affidamenti ana- loghi relativi a interventi di pari natura;
- Tenuto conto** che, in osservanza ai principi di cui agli artt. da 1 a 12 del D Lgs 36/2023, la scriven- te UOSD ha avviato sul portale MEPA la trattativa n. 5437427 con oggetto la ripara- zione extra canone Video Ecoendoscopio Pentax mod. EB19J10U matr. A120061;
- Valutato** che precedentemente alla scadenza per la presentazione delle offerte la società Pen- tax inviava un'offerta per il servizio richiesto per un importo pari ad € 4.781,00 da applicare con aliquota al 22%, conservata agli atti della scrivente UOSD;
- Ravvisato** che l'importo del presente appalto rientra tra i limiti previsti dall'art. 50 comma 1 lett.b del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che *“le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di in- gegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi isti- tuiti dalla stazione appaltante”*;
- Ritenuto** pertanto di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. L. vo 36/2023 alla società Pentax Italia la manutenzione correttiva extracanone sul video ecoendoscopio mod. EB19J10U in uso presso la UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e UOC Toracica degli IFO;

- Considerato che la complessiva spesa di € 4.781,00 oltre iva cioè pari ad € 5.832,82 iva compresa, grava sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2025;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente determinazione è reperibile agli atti della UOSD proponente;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 e per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- Affidare alla società Pentax Italia i lavori di manutenzione correttiva sul Video Eco-broncoscopio EBUS HD installato presso la UOC Chirurgia Toracica degli IFO- CIG: B7916BFB1E
- Registrare la complessiva spesa di € 4.781,00 + iva (22%) = € 5.832,82 iva inclusa sul conto economico di bilancio n. 5.03.03.01.01 dell'esercizio finanziario 2025;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Milano, 22.05.2025

Spett.le

Ns. rif. SO 5240033329 MS/sm

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI, 53
00144 ROMA (RM)


OGGETTO: Riparazione Video Ecoendoscopio Pentax mod. EB19J10U matr. A120061

(Vs. Rif. NO DDT)

A seguito della verifica eseguita da parte dei nostri tecnici sulla Sonda in oggetto, vi confermiamo quanto riscontrato:

- **Infiltrazione connessione Video, Scheda PCB e PIN causa perdita dal canale bioptico**





Vi informiamo che i danni riscontrati non rientrano nelle condizioni di contratto con voi in essere. Provvediamo all'invio del preventivo di riparazione relativo alle sole componenti danneggiate mentre i restanti ricambi verranno totalmente assorbiti da Pentax.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più distinti saluti.

PENTAX Italia S.r.l.
Con Unico Socio
Massimiliano Sangregorio
Service Sales Manager