

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 830 del 07/10/2025

OGGETTO: Approvazione dell'intervento tecnico urgente su addolcitore della lavaendoscopi installata presso la UOC Gastroenterologia, eseguito dalla società TECHNODAL s.r.l., al costo di euro 357,96 (+ IVA 22% = euro 436,71). CIG B86768E5AE

Esercizi/o e conto 2025 503020101 Centri/o di costo 303020

- **Importo presente Atto: € 436,71**

- **Importo esercizio corrente: € 436,71**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2025/1 PATRIM

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-852-2025

L'estensore

Guido Triani

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Raoul Paolini

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

rapporto di intervento n. 120754

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii., nel seguito indicato come "Codice";
- Visto l'articolo 50 del d.lgs. 36/2023 che disciplina le procedure di affidamento dei contratti sottosoglia e in particolare il comma 1, lett. b) *laddove consente alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- Premesso: che presso la UOC Gastroenterologia di questi IFO è installato un sistema lavaendoscopi fornito dalla società Pentax Italia;
- che nei primi giorni di settembre si è verificato un guasto bloccante al sistema di cui sopra;
- che la società Pentax Italia non esegue interventi manutentivi, se non per i soli guasti causati all'impianto per difetti di fabbrica;

- Rilevato:** che si è reso necessario un intervento tecnico, al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;
- che, in data 09/09/2025, a seguito di chiamata è intervenuta la Technodal s.r.l., manutentore inserito nell'albo dei fornitori della UOC PT, che ha riscontrato un malfunzionamento causato da una sovrappressione all'impianto di adduzione;
- Acquisito** il rapporto di intervento n. 120754, che si allega alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale – allegato n.1), nel quale è indicata la risoluzione della problematica;
- Considerato** che gli interventi di manutenzione correttiva di che trattasi, necessari per il ripristino delle apparecchiature in oggetto, rientrano tra le spese obbligatorie sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, indispensabile per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali ed evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- Attestato** che l'offerta-consuntivo presentata dall'operatore economico risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ed, inoltre, che l'importo dell'affidamento di che trattasi non supera la soglia di rilevanza europea nell'anno in corso per il soggetto affidatario;
- Ritenuto** per quanto sopra motivato, di approvare l'intervento urgente di manutenzione straordinaria sull'addolcitore Culligan s/n CK200271772 a servizio della lavaendoscopi sita presso la UOC Gastroenterologia di questi IFO, eseguito dalla società Technodal s.r.l., con sede in Largo A. Vessella n.27 - 00199 Roma, CF 01446081000 e P.I. 01446081000, al costo di euro 357,96 (+ IVA 22% = euro 436,71), che graverà sul conto esercizio n. 5.03.02.01.01 esercizio finanziario 2025;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 36/2023 comma 1, lett. b), l'intervento urgente ed extracanonico di manutenzione straordinaria dell'addolcitore Culligan s/n CK200271772 a servizio della lavaendoscopi sita presso la UOC Gastroenterologia di questi IFO, eseguito dalla società Technodal s.r.l., con sede in Largo A. Vessella n.27 - 00199 Roma, CF 01446081000 e P.I. 01446081000, al costo di euro 357,96 (+ IVA 22% = euro 436,71) come da consuntivo di spesa allegato.


L'onere del presente provvedimento pari ad € 436,71 iva inclusa graverà sul bilancio economico anno 2025 c. 503020101. Centro di costo 303020 Gastroenterologia

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Raoul Paolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Spett.
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
VIA ELIO CHIANESI 53
00144 ROMA RM

**Destinazione: IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI SERVIZIO
ENDOSCOPIA**
ALESSIA.TONNETTI@IFO.IT

Da citare nella risposta: Consuntivo WC5258 CD/am
Roma, 19/09/2025

Oggetto: CONSUNTIVO DI SPESA PER LAVORO ESEGUITO COME DA RICHIESTA TELEFONICA URGENTE

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI SERVIZIO ENDOSCOPIA - IMP. 6744
Intervento Tecnico N. 120754 del 09/09/2025

Codice Articolo	Descrizione	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale
DCSV	COSTO FISSO	1	180,00€		180,00€
2106150	FILT GARD PLUS 3/4	1	72,58€	15	61,69€
MCC765665	CARTUCCIA FA D. 70 MM 9*3/4 5 MICRON	1	11,49€	15	9,77€
MDE	ORE MANODOPERA DIURNA	1,5	71,00€		106,50€
Totale Complessivo					€357,96

Condizioni di fornitura:
Pagamento: 90 GG. DATA FATTURA
IBAN: IT13G0306905087100000003874


In attesa di Vs. gradito ordine per procedere alla fatturazione, inviamo cordiali saluti.
p.s. Gli interventi tecnici sono a corredo del consuntivo allegato in pdf

TECHNODAL S.r.l.
Largo A. Vessella, 27 / 00189 Roma
Tel. 06/86200258 - 86200266/477
Fax 86200268
Cod. Fisc. 06797910582
Part. IVA 01713009600

TECHNODAL S.r.l.

Medical Air, Water & Disinfection

Largo A. Vessella, 27 - 00199 Roma
Tel 06.86200258 - Fax 06.86200286
www.technodal.it - info@technodal.it



Acqua

Data: 09/09/2025



Intervento a Richiesta N.ro: 120754

Rich. 09/09/2025

Prestazione Straordinaria

Cliente

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI SERVIZIO ENDOSCOPIA
PIANO INGRESSO - VIA ELIO CHIANESI 53
00154 ROMA RM
IT
Cod. Cliente: C80813- Impianto: 6744

Richiedente

FESTA DANILO 3490938730 - CH38191
ORDINE:
Recapiti Telefonici

Fatturare a:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Descrizione: ADD.GLOBAL CABINET DMV S/N CK20027172

INTERVENTO EXTRA

Motivazione: si e' rotta la copertura del filtro perde acqua e blocca la lavaendoscopi

Comunicazioni Tecniche (Note)

Dettaglio servizi eseguiti:

SOSTITUITO MATERIALE SOTTO DESCRITTO, FATTE PROVE DI
TENUTA IDRAULICA,
TUTTO FUNZIONA CORRETTAMENTE

Note:

Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta
DCSV	COSTO FISSO	NR	1,0
2106150	FILT GARD PLUS 3/4	NR	1,0
MCC765665	CARTUCCIA FA D. 70 MM 9"3/4 5 MICRON	NR	1,0
MDE	ORE MANODOPERA DIURNA	ORE	1,5

Il Cliente

Toresi Cinzia

SERVIZI PER L'UOMO E L'AMBIENTE

ESPERIENZA E COMPETENZA AL VOSTRO SERVIZIO DA PIÙ DI 40 ANNI

Il Tecnico

SIMONE DI CARLO